

## ANEXO 2

### ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

Órgano y/o Unidad Orgánica:	Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos
Actividad del POI:	-
Denominación de la Contratación:	Adquisición de Transductor de presión invasiva para monitor multiparametro

#### I. FINALIDAD PÚBLICA

Garantizar la medición correcta de presión invasiva en los pacientes críticos, extrayendo sangre arterial para aga y electrolitos.

#### II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

*Adquisición de* Transductor de presión invasiva para monitor multiparametro.

#### III. CARACTERISTICAS TECNICAS

TRANSDUCTOR DE PRESION INVASIVA PARA MONITOR MULTIPARAMETRO

**CANTIDAD: 200 unidades**

**Presentación: Caja**

SE ADJUNTA ANEXO DE CARACTERISTICAS.

#### IV. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS

El bien materia de adquisición deberá tener Registro Sanitario  
Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento

#### V. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN

**No corresponde**

#### VI. GARANTÍA COMERCIAL

*Garantía 12 meses una vez internado en Almacen.*

#### VII. MUESTRAS

**No corresponde**

#### IX. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

- Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
- Registro Único de Contribuyentes (RUC) vigente
- Contar con código de cuenta interbancaria (CCI), relacionado al RUC

#### X. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

**Lugar:** Los bienes serán entregados en Almacén Central del Hospital Regional Cusco, ubicado en la Av. La Cultura S/N del distrito, provincia y departamento de Cusco.

**Plazo:** Los bienes materia de la presente convocatoria se entregan en el plazo de 15 DIAS CALENDARIO NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

#### XI. CONFORMIDAD

La conformidad de los bienes, será otorgada por el área usuaria (Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos) para lo cual el proveedor deberá cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, la recepción del bien por el jefe de Almacén Central del Hospital

Regional Cusco.

## **XII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO**

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO UNICO

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción del Almacén Central de la Entidad.
- Conformidad otorgada por el área usuaria.
- Comprobante de pago.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

## **XIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del bien ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

## **XIV. PENALIDADES**

*Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:*

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F = 0.40.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

## **XV. OTRAS PENALIDADES**

*No corresponde*

## **XVI. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL**

El Hospital Regional Cusco puede resolver el contrato, en los siguientes casos:

- a) Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
- b) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
- c) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.
- d) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
- e) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.
- f) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.

## **XVII. OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO**

A la suscripción del contrato o de la formalización de la Orden, el Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, al (los) evaluador (es) del proceso de contratación o cualquier servidor de Hospital Regional Cusco.

Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.

En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados. Adicionalmente, el Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con el Hospital Regional Cusco.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este acápite, durante la ejecución contractual, otorga a Hospital Regional Cusco el derecho de resolver total o parcialmente el contrato.

## **XVIII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS**

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son resueltos mediante trato directo y conciliación.

## **XIX. GESTIÓN DE RIESGOS**

Las partes realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente

documento, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

-----  
**Firma**  
**Área usuaria o técnica estratégica**

## **NOMBRE: SET DE MONITOREO DE PRESIÓN INVASIVA**

### **Empaque:**

Individual  
Estéril  
Envase plástico fácil de abrir manualmente (peel open)  
Garantiza la esterilidad e integridad del producto  
Resistente a manipulación, transporte y almacenaje  
Rotulado según bases.

### **Materiales:**

Policarbonato, libre de aristas cortantes  
Condiciones biológicas: aséptico atóxico estéril.  
Condición sanitaria: acorde a las normas Internacionales de calidad

### **Características**

- Tubo hueco estéril, de un solo uso rígido que conecta al transductor de presión desechable, este es llenado con fluidos y es usado para transferir la señal fisiológica al transductor, válvula Flushing, equipo de venoclisis adaptado al sistema.
- Paso de fluidos recto y totalmente visible que permita verificar el llenado de fluido y la eliminación de burbujas
- Dispositivo de descarga ( 3mL/ hr ).para regular la presión, un dispositivo estéril de un solo uso utilizado con el transductor desechable para regular la presión y flujo de liquido
- Domo y transductor descartable.
- Una extensión rígida larga
- Una extensión rígida corta
- Dispositivo Flushing.
- Consta de dos llaves de tres vías descartables
- Cable troncal de traductor de aproximadamente 30 cm
- Control de llenado integral con flujo continuo nominal de 3 ml/hora a una presión de la bolsa de infusión de 300m mmhg

### **Dimensiones:**

Equipo de Venoclisis de 150 cm  
Una extensión rígida de 120 cm  
Extensión rígida corta de 30 cm

### **Otros que sea necesario**

Compatible con cualquier monitor de signos vitales a través de cables permanentes

