

# Requerimiento

## Especificaciones Técnicas

<b>Órgano y/o Unidad Orgánica</b>	Unidad de Mantenimiento – Hospital III José Cayetano Heredia
<b>Actividad del POI / Acción Estratégica PEI:</b>	AEI.01.01: Prestaciones de salud oportunas para los asegurados
<b>Código CUBSO y Descripción:</b>	
<b>Denominación de la contratación:</b>	Adquisición de REPUESTOS URGENTES PARA ESTERILIZADOR A VAPOR MARCA TUTTNAHUER DEL HOSPITAL III JOSE CAYETANO HEREDIA - ESSALUD

### I. FINALIDAD PÚBLICA

Mantener la operatividad del Equipo Esterilizador Marca TUTTNAHUER del Hospital III José Cayetano Heredia

### II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

ADQUISICION DE REPUESTOS URGENTES PARA ESTERILIZADOR A VAPOR MARCA TUTTNAHUER DEL HOSPITAL III JOSE CAYETANO HEREDIA - ESSALUD

### III. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

#### 3.1 Descripción de los bienes a contratar

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL REPUESTO	U.M.	CANT.
1	40080100	MANOVACUOMETRO	UND	1
2	40040580	TRAMPA DE VAPOR DE 1/4"	UND	2
3	40080049	VALVULA SOLENOIDE DE 5.5 W	UND	7
4	40080059	VALVULA NEUMATICA TIPO TORK DE 1/2"	UND	2
5	40080064	EMPAQUETADURA SILICONADA PARA PUERTA DE ESTERILIZADOR	UND	4
6	40080059	VALVULA NEUMATICA DE 1/2"	UND	1
7	40080059	VALVULA NEUMATICA DE 1"	UND	1
8	130030146	CONECTOR RAPIDO RECTO DE 1/4"	UND	10
9	130030146	CONECTOR RAPIDO DOBLES TIPO CODO DE 1/4"	UND	4
10	40120035	MANGUERA PARA AIRE DE 1/4"	M	10
11	40140045	MANOMETRO 0 A 100 PSI	UND	1

12	90041015	PISTON NEUMATICO DE PUERTA	UND	2
----	----------	----------------------------	-----	---

### 3.2 Características técnicas

ITEM	DESCRIPCION DEL REPUESTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	MANOVACUOMETRO	MANÓVACUOMETRO PARA CÁMARA INTERNA
2	TRAMPA DE VAPOR DE 1/4"	TRAMPA DE VAPOR DE 1/4" INOXIDABLE PARA PUERTA
3	VALVULA SOLENOIDE DE 5.5 W	VALVULA SOLENOIDE COMPLETA DE 24 VDC/5.5 W CON BOBINA NP 501026-0001
4	VALVULA NEUMATICA TIPO TORK DE 1/2"	VALVULA NEUMATICA TIPO TORK DE 1/2"
5	EMPAQUETADURA SILICONADA PARA PUERTA DE ESTERILIZADOR	EMPAQUETADURA DE PUERTA, INFLABLE, 21 MM, 26" X 28", 2830 MM, PARA AUTOCLAVE TUTTNAHUER T-MAX8 SP-2V, NP GAS081-0015
6	VALVULA NEUMATICA DE 1/2"	VALVULA NEUMATICA DE 1/2" PARA VAPOR TIPO Y
7	VALVULA NEUMATICA DE 1"	VALVULA NEUMATICA DE 1" PARA VAPOR TIPO Y
8	CONECTOR RAPIDO RECTO DE 1/4"	CONECTOR RAPIDO RECTO DE 1/2" PARA MANGUERA DE 1/4"
9	CONECTOR RAPIDO DOBLES TIPO CODO DE 1/4"	CONECTOR RAPIDO DOBLES TIPO CODO PARA MANGUERA DE 1/4"
10	MANGUERA PARA AIRE DE 1/4"	MANGUERA DE PRESION PARA AIRED E 1/4"
11	MANOMETRO 0 A 100 PSI	MANOMETRO DE 3 A 4 " DE DIAMETRO DE 0 A 150 PSI
12	PISTON NEUMATICO DE PUERTA	PISTON NEUMATICO DE PUERTA TUTTNAHUER TMAX 8

### 3.3 Condiciones de operación

El equipo trabaja condiciones eléctricas a 220V, 60 Hz.

### 3.4 Embalaje y rotulado

#### 3.4.1 Embalaje

- Debidamente embalado. Material: cartón corrugado.

#### 3.4.2 Rotulado

- Rotulo acorde a las especificaciones técnicas detalladas, proceso de adquisición y número de Orden de Compra.

### **3.5 Sistemas de entrega**

Entrega directa: El proveedor entregará directamente los bienes a EsSalud

### **3.6 Transporte**

No aplica.

### **3.7 Seguros**

No aplica.

### **3.8 Garantía comercial**

Los repuestos deben contar con una garantía de seis (6) meses

Alcance de la garantía: Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías

Condiciones de la garantía: El contratista reemplazara el bien en el plazo de 72 horas.

Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad al bien.

### **3.9 Muestra**

No aplica.

### **3.10 Disponibilidad de servicios y repuestos**

No aplica.

### **3.11 Prestaciones accesorias a la prestación principal**

No aplica.

#### **3.11.1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo**

No aplica

#### **3.11.2 Soporte técnico**

No aplica

#### **3.11.3 Capacitación y/o entrenamiento**

No aplica

#### **3.11.4 Otras prestaciones accesorias**

No aplica

### **3.12 Lugar y plazo de ejecución de la prestación**

#### **3.12.1 Lugar**

Almacén Central Red Asistencial Piura - EsSalud. Sito en Av. Independencia s/n Urb. Miraflores – Castilla - Piura.

### **3.12.2 Plazo**

Cinco (5) días calendario.

El plazo de ejecución de las prestaciones, será a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato (sea por suscripción del documento contractual o recepción de la orden de compra, según corresponda).

El suministro de los bienes será en una sola entrega.

## **IV. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA**

No aplica

## **V. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

### **5.1 Otras obligaciones**

#### **5.1.1 Otras obligaciones del contratista**

No aplica

#### **5.1.2 Otras obligaciones de la Entidad**

No aplica

### **5.2 Confidencialidad**

El contratista está obligado a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad de todos los documentos e informaciones de la Entidad, a los que tenga acceso con motivo del desarrollo de esta contratación. Esta obligación comprende la información que se entrega, así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se hayan concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e información compilados o recibidos por el contratista

### **5.3 Adelantos**

No aplica

### **5.4 Sub Contratación**

No aplica

### **5.5 Medidas de control durante la ejecución contractual**

No aplica

### **5.6 Conformidad de los bienes**

#### **5.6.1 Área que recepcionará y brindará la conformidad**

La conformidad de la adquisición del bien se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025. La conformidad es otorgada por la oficina de Mantenimiento del Hospital III José Cayetano Heredia, en el plazo máximo de siete (07) días computados desde el día siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo

máximo de veinte (20) días, computados desde el día siguiente de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

### **5.6.2 Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes**

No aplica

### **5.6.3 Pruebas de puesta en funcionamiento para la conformidad de los bienes**

Se realizará la prueba de funcionamiento del Equipo, mediante la realización de 4 Proceso de Esterilización satisfactorios para el área usuaria.

## **5.7 Forma de pago**

El pago por la presente contratación se realizará en un pago único, previa conformidad de la prestación y envío de comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025EF.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación debe hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días contabilizados desde el día siguiente de recibido el bien, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días, bajo responsabilidad de dicho servidor.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad contratante debe contar con la siguiente documentación:

- Documento de recepción y verificación del Almacén Central de la Red Asistencial Piura – EsSalud.
- Documento en el que conste la conformidad de la prestación efectuada suscrita por el área de mantenimiento del Hospital III José Cayetano Heredia.
- Comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

El comprobante de pago y la información requerida para gestionar el pago deberá ser presentado vía Mesa de Partes de ESSALUD, virtual <http://https://mpv.essalud.gob.pe/>, en el horario desde las 8:30 a 16:30 horas

#### **5.8 Modalidad de Pago**

Suma alzada

#### **5.9 Formula de reajuste**

No aplica.

#### **5.10 Penalidad Por Mora**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde:

$$F = 0.40$$

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0092025-EF.

#### **5.11 Otras penalidades aplicables**

No aplica

#### **5.12 Responsabilidad por vicios ocultos**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el literal c) del numeral 69.2 del artículo 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y 144 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

### **VI . CLAUSULA DE ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO**

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de conducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

## **VII. GESTION DEL RIESGO**

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

## **VIII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 84.9 del artículo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

## **IX. RESOLUCION DE CONTRATO**

"Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF."

**FORMATO Nº 04 - FORMATO DE SOLICITUD DE COMPRA POR LOGISTICA**

**Nº DE SOLICITUD**

**ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL PIURA**

**ESTABLECIMIENTO DE SALUD : HOSPITAL III JOSE CAYETANO HEREDIA**

**AREA USUARIA: CENTRAL DE ESTERILIZACION**

**FECHA QUE SE REQUIERE : 24/10/2025**

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION COMPLETA DEL RESPUESTO SOLICITADO						DESCRIPCION DEL EQUIPO DESTINO (*)				
		DESCRIPCION DEL REPUESTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	CANT.	GARANTIA (meses)	PLAZO ENTREGA	SERVICIO	DENOMINACION DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	CODIGO PATRM
1	40080100	MANOVACUOMETRO	MANÓVACUOMETRO PARA CÁMARA INTERNA	UND	1	6	5 días	CENTRAL ESTERILIZACION	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 2 PUERTAS	TUTTNAHUER	T-MAX8	00516772
2	40040580	TRAMPA DE VAPOR DE 1/4"	TRAMPA DE VAPOR DE 1/4" INOXIDABLE PARA PUERTA	UND	2	6	5 días	CENTRAL ESTERILIZACION	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 2 PUERTAS	TUTTNAHUER	T-MAX8	00516772
3	40080049	VALVULA SOLENOIDE DE 5.5 W	VALVULA SOLENOIDE COMPLETA DE 24 VDC/5.5 W CON BOBINA NP 501026-0001	UND	7	6	5 días	CENTRAL ESTERILIZACION	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 2 PUERTAS	TUTTNAHUER	T-MAX8	00516772
4	40080059	VALVULA NEUMATICA TIPO TORK DE 1/2"	VALVULA NEUMATICA TIPO TORK DE 1/2"	UND	2	6	5 días	CENTRAL ESTERILIZACION	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 2 PUERTAS	TUTTNAHUER	T-MAX8	00516772
5	40080064	EMPAQUETADURA SILICONADA PARA PUERTA DE ESTERILIZADOR	EMPAQUETADURA DE PUERTA, INFLABLE, 21 MM, 26" X 28", 2830 MM, PARA AUTOCLAVE TUTTNAHUER T-MAX8 SP-2V, NP GAS081-0015	UND	4	3	5 días	CENTRAL ESTERILIZACION	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 2 PUERTAS	TUTTNAHUER	T-MAX8	00516772
6	40080059	VALVULA NEUMATICA DE 1/2"	VALVULA NEUMATICA DE 1/2" PARA VAPOR TIPO Y	UND	1	6	5 días	CENTRAL ESTERILIZACION	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 2 PUERTAS	TUTTNAHUER	T-MAX8	00516772
7	40080059	VALVULA NEUMATICA DE 1"	VALVULA NEUMATICA DE 1" PARA VAPOR TIPO Y	UND	1	6	5 días	CENTRAL ESTERILIZACION	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 2 PUERTAS	TUTTNAHUER	T-MAX8	00516772
8	130030146	CONECTOR RAPIDO RECTO DE 1/4"	CONECTOR RÁPIDO RECTO DE 1/2" PARA MANGUERA DE 1/4"	UND	10	6	5 días	CENTRAL ESTERILIZACION	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 2 PUERTAS	TUTTNAHUER	T-MAX8	00516772
9	130030146	CONECTOR RAPIDO DOBLES TIPO CODO DE 1/4"	CONECTOR RÁPIDO DOBLES TIPO CODO PARA MANGUERA DE 1/4"	UND	4	6	5 días	CENTRAL ESTERILIZACION	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 2 PUERTAS	TUTTNAHUER	T-MAX8	00516772
10	40120035	MANGUERA PARA AIRE DE 1/4"	MANGUERA DE PRESION PARA AIRE DE 1/4"	M	10	6	5 días	CENTRAL ESTERILIZACION	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 2 PUERTAS	TUTTNAHUER	T-MAX8	00516772
11	40140045	MANOMETRO 0 A 100 PSI	MANOMETRO DE 3 A 4 " DE DIAMETRO DE 0 A 150 PSI	UND	1	6	5 días	CENTRAL ESTERILIZACION	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 2 PUERTAS	TUTTNAHUER	T-MAX8	00516772
12	90041015	PISTON NEUMATICO DE PUERTA	PISTON NEUMATICO DE PUERTA TUTTNAHUER TMAX 8	UND	2	6	5 días	CENTRAL ESTERILIZACION	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 2 PUERTAS	TUTTNAHUER	T-MAX8	00516772



Firmado digitalmente por  
GOICOCHEA GARCIA Manuel Ottoniel  
FAU 20131257750 soft  
Motivo: Soy el autor del documento.  
Fecha: 24.10.2025 18:28:18-0500

**SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO**

**JEFE UNIDAD DE MANTENIMIENTO**

**JEFE OFICINA DE INGENIERIA**