

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA "ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO"**

**I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN - OBJETO DEL BIEN**  
"ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO".

**II. FINALIDAD PÚBLICA**

Atención de pacientes del Hospital Regional Cusco, de la especialidad de Otorrinolaringología.

El presente proceso de selección busca contar ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO, que permita realizar procedimientos de cirugía especializada.

**III. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN:**

Objetivo General: ADQUIRIR INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO.

Objetivo Específico:

- Para realizar procedimientos de mediana y alta complejidad.
- Para realizar intervenciones quirúrgicas a los pacientes que lo requieren.

**IV. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR:**

- Los bienes serán entregados en una sola entrega en su totalidad.
- Garantía mínima 2 años.

**V. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES:**

N°	SIGA	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD
1	495100132075	SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE SEPTOPLASTIA Y SEPTORINOPLASTIA X 58 PIEZAS	UNIDAD	1

**1. EMBALADO Y ROTULADO:**

• **Embalado**

El Instrumental Médico Quirúrgico debe ser embalado en cajas de cartón u otro material que permita garantizar la seguridad e integridad física del bien para su transporte.

- **Rotulado**  
La Caja que contenga el Instrumental Médico Quirúrgico deberá contar con el rotulado correspondiente.

## 2. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES:

- Registro sanitario.

## 3. TRANSPORTES Y SEGUROS

### Transportes

El proveedor es el responsable de que el bien solicitado sea transportado con las medidas necesarias que permita garantizar la seguridad e integridad física del bien, hasta el Almacén de la Entidad

### Seguros

El proveedor deberá contar con los seguros necesarios para el transporte de los productos solicitados.

## 4. GARANTÍA COMERCIAL

### Alcances de la Garantía

Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas del Instrumental médico quirúrgico, entre otros supuestos, ajenos al uso normal o habitual de los bienes y no detectables al momento que se otorgó la conformidad.

**Periodo de la Garantía** Diez (02) años.

## 5. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

- La entrega de los bienes se realizará en su totalidad en un plazo máximo de 10 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

- Los bienes materia de la presente convocatoria se recepcionarán en el almacén general del HOSPITAL REGIONAL DE CUSCO

- **Conformidad**

Las conformidades a la prestación serán firmadas por el personal biomédico y área usuaria del Hospital.

- **Entregables**

Todos los formatos o documentos solicitados deberán ser entregados en físico y en formato digital al momento de realizar la entrega del bien requerido

- Hoja de Presentación del Producto (ficha técnica) o Registro Sanitario.
- Certificado de Garantía

## 6. OTRAS CONDICIONES

- **Confidencialidad.**

El contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se hayan concluido las prestaciones.

- **Penalidades**

Cuando el proveedor no cumpla con los plazos establecidos para la entrega, según normatividad.

## 7. REQUISITOS DE CALIFICACION

### CAPACIDAD LEGAL.


#### Requisitos:

Al momento de formalizar el Contrato, el Postor debe contar con:

- Registro nacional de Proveedores si la propuesta económica es mayor de 1 UIT
- Registro Único de Contribuyentes (RUC) vigente.
- Código de Cuenta Interbancaria (CCI) relacionada con el RUC
- Declaración Jurada Simple de no estar impedido y/o inhabilitado para contratar con el Estado.
- Autorización sanitaria de funcionamiento emitido por DIGEMID
- Copia simple de Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento BPA EMITIDO POR DIGEMID.

#### Acreditación:

- Resolución emitida por DIGEMID como droguería
- Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento.

  
Zeila Rodríguez Torres  
OTORRINOLARINGOLOGIA  
PROFESIONAL SUPERVISOR  
CMP 32336 RNE 18052 483744

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
495100132075	SET INSTRUMENTAL QUIRUGICO DE SEPTOPLASTIA Y SEPTORINOPLASTIA X 58 PIEZAS	set	01

SET INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA SEPTORRINOPLASTIAS.			
COMPONENTES			
A 01	01	CÁNULA DE SUCCIÓN FRAZIER ANGULADA CON BORDE NO CORTANTE, LONGITUD TOTAL 17.5 CM, LONGITUD DE TRABAJO 10 CM. DIÁMETRO EXTERNO 2 MM. O FERGUSON.	
A 02	01	CÁNULA DE SUCCIÓN FRAZIER ANGULADA CON BORDE NO CORTANTE, LONGITUD TOTAL 17.5 CM, LONGITUD DE TRABAJO 10 CM. DIÁMETRO EXTERNO 3 MM. O FERGUSON.	
A 03	01	GANCHO DOBLE OLIVADO DE JOSEPH DE 7 MM O DE 10 MM, LONGITUD 15,5 CM	
A 04	01	RASPA NASAL FOMON, DOBLE TERMINAL DE CARBONO TUNGSTENO, TERMINAL MEDIO 7 Y 8 (dientes 36/44), largo 200 - 210 mm (8 ¼"), ancho útil 7mm	
A 05	01	RASPA NASAL FOMON, DOBLE TERMINAL DE CARBONO TUNGSTENO, TERMINAL MEDIO 9 Y 10 (dientes 52/62), largo 200 - 210 mm(8 ¼"), ancho útil 7mm	
A 06	01	RASPA NASAL FOMON (TIPO MASING), DOBLE TERMINAL MUY FINO, largo 215 mm r(8 ½"), ancho útil 6,5 mm, grosor fino	
A 07	01	TIJERA MODELO JAMESON 130 MM (5 1/8") CON CURVATURA LIGERA	
A 08	01	TIJERAS DE STEVENS CURVADA DE 110 MM (4 ¼")	
A 09	01	TIJERAS DE METZENBAUM-LAHEY CURVADA, MUY DELGADA DE 15 CM	
A 10	01	TIJERA NASAL HEYMANN MEDIUM, CON HOJAS SERRADAS, LONGITUD DE TRABAJO 85- 95 MM, LONGITUD 175 -190 MM	
A 11	01	TIJERA NASAL HEYMANN SMALL, LONGITUD DE TRABAJO 80-90 MM, LONGITUD 180 MM	
A 12	01	PLACA METÁLICA PARA PREPARAR PIEZAS DE REIMPLANTACIÓN NASAL, MEDIDAS ESTÁNDAR 10 X 15 CMS, CON CUADRICULADO PARA MEDIDAS.	
A 13	01	GANCHO DOBLE DE ALA, CON GANCHOS PUNZANTES CON GRAN CURVATURA, ANCHO 2 MM, LONGITUD 16.5 CM	
A 14	02	RETRACTOR MODELO US ARMY, 220 MM (83/4") DE 22 X 15 MM Y 39 X 15 MM	
A 15	01	ELEVADOR/ DECOLADOR DOBLE, MODELO COTTLE, GRADUADO, CON EXTREMO ROMO Y CORTANTE, LONGITUD 200 MM	
A 16	01	ELEVADOR/ DECOLADOR DOBLE DE FREER CON EXTREMO ROMO Y CORTANTE, LONGITUD 20 CM,	
A 17	01	ELEVADOR/DECOLADOR MODELO MASING, 200 MM LONGITUD, GRADUADO	
A 18	01	OSTEOTOMO CENTRAL DE RUBIN, PLANO RECTO AFILADO, CON PUNTAS REDONDEADAS, DE 12MM, LONGITUD 16,5 CM	
A 19	01	OSTEOTOMO CENTRAL DE RUBIN, PLANO RECTO AFILADO, CON PUNTAS REDONDEADAS, DE 14MM LONGITUD 16,5 CM	
A 20	02	OSTEOTOMO MASING LIGERAMENTE CURVADO, CON PESTAÑAS DE PROTECCIÓN DE 16 CM Ó 18 CM DE LONGITUD. PARA LADO DERECHO E IZQUIERDO	
A 21	01	ESPÉCULO NASAL MODELO COTTLE, 135 MM, LONGITUD DE HOJA 20 MM (HOJAS EXTRADELGADAS)	
A 22	01	ESPÉCULO NASAL MODELO COTTLE, 135 MM, LONGITUD DE HOJA 35-38 MM (HOJAS EXTRADELGADAS)	
A 23	02	ESPÉCULO NASAL MODELO TIECK-HALLE, PEDIÁTRICO, 13-1.5 MM, LONGITUD DE HOJA 16-17 MM	
A 24	01	MARTILLO PEQUEÑO DE PESO LIGERO, LONGITUD DE 18 CM	
A 25	01	DECOLADOR O RASPADOR MODELO CASPAR SEMIAFILADO	
A 26	01	TIJERA RECTA SUPERCORTANTE MODELO GORNEY, 195 MM (7 ¾")	
A 27	02	FORCEP ATRAUMÁTICO MODELO DE BAKEY, 150 MM (6"), 1,5 MM	
A 28	02	RETRACTOR MODELO CRILE, 110 MM (4 ¼"), 19 X 6 MM Y 11 X 4 MM	

Zeila Rodríguez-Torres  
 OTORRINOLARINGOLOGIA  
 PROFESIONAL SUPERVISOR  
 C.M.E. 13.03.02.1882-86724

SET INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA SEPTOPLASTIAS		
COMPONENTES		
A 29	01	CÁNULA DE SUCCIÓN FRAZIER ANGULADA CON BORDE NO CORTANTE, LONGITUD TOTAL 17.5 CM, LONGITUD DE TRABAJO 10 CM. DIÁMETRO EXTERNO 2 MM. O FERGUSON.
A 30	01	CÁNULA DE SUCCIÓN FRAZIER ANGULADA CON BORDE NO CORTANTE, LONGITUD TOTAL 17.5 CM, LONGITUD DE TRABAJO 10 CM. DIÁMETRO EXTERNO 3 MM. O FERGUSON.
A 31	01	GANCHO DOBLE OLIVADO DE JOSEPH DE 7 MM O DE 10 MM, LONGITUD 15,5 CM
A 32	01	TIJERA IRIS CURVADO LIGERO DE 10 A 11.5 CM
A 33	01	TIJERA MODELO JAMESON 130 MM (5 1/8 ") CON CURVATURA LIGERA
A 34	01	TIJERAS DE METZENBAUM-LAHEY CURVADA, MUY DELGADA DE 15 CM
A 35	01	TIJERA NASAL HEYMANN MEDIUM, CON HOJAS SERRADAS, LONGITUD DE TRABAJO 9.5 CM
A 36	01	TIJERA NASAL HEYMANN SMALL , CON HOJAS SERRADAS LONGITUD DE TRABAJO 9 CM
A 37	01	PINZA ADSON -BROWN, DIENTES FINOS. LONGITUD 12 CM
A 38	01	PLACA METÁLICA PARA PREPARAR PIEZAS DE REIMPLANTACIÓN NASAL, MEDIDAS ESTÁNDAR 10 X 15 CMS
A 39	01	ELEVADOR DOBLE DE COTTLE EXTREMO SEMICORTANTE Y ROMO, GRADUADO DE 20 CM
A 40	02	ELEVADOR O DECOLADOR DOBLE DE MASING, GRADUADO DE EXTREMO DOBLE CORTANTE Y ROMO DE 22,5 CM, GROSOR DELGADO
A 41	01	PORTA AGUJAS SAROT 0.4 ( 1/1); LONGITUD 18 CM
A 42	01	PORTA AGUJAS HEGAR MAYO 0.5, LONGITUD 18.5 CM
A 43	02	RETRACTOR TIPO GANCHO MODELO VOLKMAN DE 2 GANCHOS, AFILADOS, 9 X 8 MM
A 44	01	ESPÉCULO NASAL MODELO TIECK-HALLE, PEDIÁTRICO, 13-1.5 MM, LONGITUD DE HOJA 16-17 MM
A 45	01	ESPÉCULO NASAL DE COTTLE, LONGITUD DE HOJA 2,5 CM
A 46	01	ESPÉCULO NASAL MODELO COTTLE, 135 MM, LONGITUD DE HOJA 20 MM (HOJAS EXTRADELGADAS)
A 47	01	ESPÉCULO NASAL MODELO COTTLE, 135 MM, LONGITUD DE HOJA 35-38 MM (HOJAS EXTRADELGADAS)
A 48	01	CINCEL U OSTEOTOMO WALTER DE , RECTO Y GRADUADO DE 3 MM, LONGITUD DE TRABAJO 19 CM
A 49	01	CONTENEDOR DE ALUMINIO ( TAPA Y BASE) LIBRE DE POLIMEROS O PLASTICOS PARA MEJOR CICLO DE SECADO CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ADECUADAMENTE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICOI PARA SEPTORRINOPLASTIAS CON SISTEMA DE BARRERA TIPO LABERINTO EN ALUMINIO EN LA TAPA, CON EFICIENCIA DE 99.997% O MAYOR, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO EN ALUMINIO CON INDICADOR COLOR ROJO. CON CESTA EN ACERO INOXIDABLE Y PISO DE SILICONA.
A 50	02	CONTENEDOR DE ALUMINIO ( TAPA Y BASE) LIBRE DE POLIMEROS O PLASTICOS PARA MEJOR CICLO DE SECADO CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ADECUADAMENTE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICOI PARA SEPTOPLASTIAS CON SISTEMA DE BARRERA TIPO LABERINTO EN ALUMINIO EN LA TAPA, CON EFICIENCIA DE 99.997% O MAYOR, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO EN ALUMINIO CON INDICADOR COLOR ROJO. CON CESTA EN ACERO INOXIDABLE Y PISO DE SILICONA.

Zelia Rodríguez Torres  
OTORRINOLARINGOLOGÍA  
PROFESIONAL SUPERVISOR  
CNP 32536 RNE 18852 482744

- a) El instrumento debe estar libre de poros, rayas, fisuras, restos de grasa, residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

b)	Los acabados deben ser libres de imperfecciones, armónicos al diseño del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben engancharse ni rasgar
c)	Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil superficial (dentado o ranurado)
d)	El tipo de pulido debe ser mate o poco satinado
e)	Empaque: Bolsa de polietileno de baja densidad
f)	Material: Acero inoxidable, reusable y autoclavable
g)	Certificado de calidad: ISO 13485
h)	Documento que indique claramente el país de fabricación de los instrumentales quirúrgicos debidamente codificado
i)	Certificado de manufactura: Directiva 93/42/CEE
j)	Identificación: cada instrumental debe traer grabado en su superficie desde fábrica, símbolo de la comunidad europea o similar, marca, codificación del modelo, material con el que está fabricado, la procedencia según corresponda su registro sanitario.

<b>REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS (DE CORRESPONDER)</b>
Registro sanitario para instrumental, contenedores no requieren
<b>GARANTIA COMERCIAL (obligatoria)</b>
05 años
<b>REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL (de corresponder)</b>
Certificado de buenas prácticas de almacenamiento CBPA, autorización sanitaria de funcionamiento

  
 Zeila Rodríguez Torres  
 OTORRINOLARINGOLOGÍA  
 PROFESIONAL SUPERVISOR  
 PMP 32386 RNE 18992 403744