

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA "ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO"

I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN - OBJETO DEL BIEN

"ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO".

II. FINALIDAD PÚBLICA

Atención de pacientes del Hospital Regional Cusco, de la especialidad de Otorrinolaringología.

El presente proceso de selección busca contar ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO, que permita realizar procedimientos de cirugía especializada.

III. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN:

Objetivo General: ADQUIRIR INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO.

Objetivo Específico:

- Para realizar procedimientos de mediana y alta complejidad.
- Para realizar intervenciones quirúrgicas a los pacientes que lo requieren.

IV. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR:

- Los bienes serán entregados en una sola entrega en su totalidad.
- Garantía mínima 2 años.

V. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES:

N°	SIGA	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD
1	495100132695	SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE MICROCIRUGIA DE OIDO X 67 PIEZAS	UNIDAD	1
2	495100132693	SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NASO SINUSAL X 58 PIEZAS	UNIDAD	1
3	495100132075	SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE SEPTOPLASTIA Y RINOPLASTIA X 58 PIEZAS	UNIDAD	1
4		Pinza bipolar tipo bayoneta de punta roma	UNIDAD	3

1. EMBALADO Y ROTULADO:

- Embalado

El Instrumental Médico Quirúrgico debe ser embalado en cajas de cartón u otro material que permita garantizar la seguridad e integridad física del bien para su transporte.

- **Rotulado**

La Caja que contenga el Instrumental Médico Quirúrgico deberá contar con el rotulado correspondiente.

2. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES:

- Registro sanitario.

3. TRANSPORTES Y SEGUROS

Transportes

El proveedor es el responsable de que el bien solicitado sea transportado con las medidas necesarias que permita garantizar la seguridad e integridad física del bien, hasta el Almacén de la Entidad

Seguros

El proveedor deberá contar con los seguros necesarios para el transporte de los productos solicitados.

4. GARANTÍA COMERCIAL

Alcances de la Garantía

Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas del Instrumental médico quirúrgico, entre otros supuestos, ajenos al uso normal o habitual de los bienes y no detectables al momento que se otorgó la conformidad.

Periodo de la Garantía: dos (02) años.

5. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

- La entrega de los bienes se realizará en su totalidad en un plazo máximo de 15 a 30 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.
- Los bienes materia de la presente convocatoria se recepcionarán en el almacén general del HOSPITAL REGIONAL DE CUSCO

- **Conformidad**

Las conformidades a la prestación serán firmadas por el personal biomédico y área usuaria del Hospital.

- **Entregables**

Todos los formatos o documentos solicitados deberán ser entregados en físico y en formato digital al momento de realizar la entrega del bien requerido

- Hoja de Presentación del Producto (ficha técnica) o Registro Sanitario.
- Certificado de Garantía

6. OTRAS CONDICIONES

- **Confidencialidad.**

El contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se hayan concluido las prestaciones.

- **Penalidades**

Cuando el proveedor no cumpla con los plazos establecidos para la entrega, según normatividad.

7. REQUISITOS DE CALIFICACION CAPACIDAD LEGAL.

Requisitos:

Al momento de formalizar el Contrato, el Postor debe contar con:

- Registro nacional de Proveedores si la propuesta económica es mayor de 1 UIT
- Registro Único de Contribuyentes (RUC) vigente.
- Código de Cuenta Interbancaria (CCI) relacionada con el RUC
- Declaración Jurada Simple de no estar impedido y/o inhabilitado para contratar con el Estado.
- Autorización sanitaria de funcionamiento emitido por DIGEMID
- Copia simple de Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento BPA EMITIDO POR DIGEMID.

Acreditación:

- Resolución emitida por DIGEMID como droguería
- Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento.


Dr. Bernardo Alarcos Espinoza
CMP 20733 - RNE 16961

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
495100132075	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE SEPTOPLASTIA Y RINOPLASTIA X 58 PIEZAS	UN	01

SET INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA SEPTORRINOPLASTIAS.			
COMPONENTES			
A 01	01	CÁNULA DE SUCCIÓN FRAZIER ANGULADA CON BORDE NO CORTANTE, LONGITUD TOTAL 17.5 CM, LONGITUD DE TRABAJO 10 CM. DIÁMETRO EXTERNO 2 MM. O FERGUSON.	
A 02	01	CÁNULA DE SUCCIÓN FRAZIER ANGULADA CON BORDE NO CORTANTE, LONGITUD TOTAL 17.5 CM, LONGITUD DE TRABAJO 10 CM. DIÁMETRO EXTERNO 3 MM. O FERGUSON.	
A 03	01	GANCHO DOBLE OLIVADO DE JOSEPH DE 7 MM O DE 10 MM, LONGITUD 15,5 CM	
A 04	01	RASPA NASAL FOMON, DOBLE TERMINAL DE CARBONO TUNGSTENO, TERMINAL MUY FINO 1 Y 2, 20 CM	
A 05	01	RASPA NASAL FOMON, DOBLE TERMINAL DE CARBONO TUNGSTENO, TERMINAL MEDIO FINO 3 Y 4, 20 CM	
A 06	01	RASPA NASAL FOMON, DOBLE TERMINAL DE CARBONO TUNGSTENO, TERMINAL MEDIO 5 Y 6 20 CM	
A 07	01	TIJERAS DE JOSEPH CURVADA DE 14 CM	
A 08	01	TIJERAS DE METZENBAUM-LAHEY CURVADA, MUY DELGADA DE 15 CM	
A 09	01	TIJERA NASAL HEYMANN MEDIUM, CON HOJAS SERRADAS, LONGITUD DE TRABAJO 9.5 CM, LONGITUD 18 CM	
A 10	01	TIJERA NASAL HEYMANN SMALL, LONGITUD DE TRABAJO 9 CM, LONGITUD 18 CM	
A 11	01	BISTURÍ NASAL DE BORDE REDONDEADO FREER, LONGITUD 15 A 16 CM	
A 12	01	PLACA METÁLICA PARA PREPARAR PIEZAS DE REIMPLANTACIÓN NASAL, MEDIDAS ESTÁNDAR 10 X 15 CMS, CON CUADRICULADO PARA MEDIDAS.	
A 13	01	GANCHO DOBLE DE ALA, CON GANCHOS PUNZANTES CON GRAN CURVATURA, ANCHO 2 MM, LONGITUD 16.5 CM	
A 14	01	GANCHO DOBLE OLIVADO DE JOSEPH DE 7 MM O DE 10 MM, LONGITUD 15,5 CM	
A 15	01	ELEVADOR O DECORADOR DOBLE DE FREER CON EXTREMO ROMO Y CORTANTE, LONGITUD 20 CM	
A 16	01	ELEVADOR NASAL AUFRICHT	
A 17	01	OSTEOTOMO CENTRAL DE RUBIN, PLANO RECTO AFILADO, CON PUNTAS REDONDEADAS, DE 12MM, LONGITUD 16,5 CM	
A 18	01	OSTEOTOMO CENTRAL DE RUBIN, PLANO RECTO AFILADO, CON PUNTAS REDONDEADAS, DE 14MM LONGITUD 16,5 CM	
A 19	02	OSTEOTOMO MASING LIGERAMENTE CURVADO, CON PESTAÑAS DE PROTECCIÓN DE 16 CM Ó 18 CM DE LONGITUD. PARA LADO DERECHO E IZQUIERDO.	
A 20	01	MANGO DE BISTURÍ NÚMERO 7, LONGITUD 16.5 CM	
A 21	01	ESPÉCULO NASAL DE COTTLE, LONGITUD DE HOJA 2,5 CM	
A 22	01	ESPÉCULO NASAL DE COTTLE, LONGITUD DE HOJA 3,5 CM	
A 23	01	ESPÉCULO NASAL DE COTTLE, LONGITUD DE HOJA 5,5 CM	
A 24	02	ESPÉCULO NASAL DE COTTLE, PEDIÁTRICO 21 MM	
A 25	02	PINZA BAYONETA JANSEN, FINA, LONGITUD 16 CM.	
A 26	01	MARTILLO PEQUEÑO DE PESO LIGERO, LONGITUD DE 18 CM MENOS	

SET INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA SEPTOPLASTIAS		
COMPONENTES		
A 26	01	CÁNULA DE SUCCIÓN FRAZIER ANGULADA CON BORDE NO CORTANTE, LONGITUD TOTAL 17.5 CM, LONGITUD DE TRABAJO 10 CM. DIÁMETRO EXTERNO 2 MM. O FERGUSON.
A 27	01	CÁNULA DE SUCCIÓN FRAZIER ANGULADA CON BORDE NO CORTANTE, LONGITUD TOTAL 17.5 CM, LONGITUD DE TRABAJO 10 CM. DIÁMETRO EXTERNO 3 MM. O FERGUSON.
A 28	01	GANCHO DOBLE OLIVADO DE JOSEPH DE 7 MM O DE 10 MM, LONGITUD 15,5 CM
A 29	01	TIJERA IRIS CURVADO LIGERO DE 10 A 11.5 CM
A 30	01	TIJERAS DE JOSEPH CURVADA DE 15 CM
A 31	01	TIJERAS DE METZENBAUM-LAHEY CURVADA, MUY DELGADA DE 15 CM
A 32	01	TIJERA NASAL HEYMANN MEDIUM, CON HOJAS SERRADAS, LONGITUD DE TRABAJO 9.5 CM
A 33	01	TIJERA NASAL HEYMANN SMALL, CON HOJAS SERRADAS LONGITUD DE TRABAJO 9 CM
A 34	01	BISTURÍ NASAL DE BORDE REDONDEADO FREER, LONGITUD 16.5 CM
A 35	01	MANGO DE BISTURI NUMERO 7, LONGITUD 16 CM
A 36	01	PINZA ADSON -BROWN, DIENTES FINOS. LONGITUD 12 CM
A 37	01	PINZA BROWN LONGITUD 15 CM
A 38	01	PLACA METÁLICA PARA PREPARAR PIEZAS DE REIMPLANTACIÓN NASAL, MEDIDAS ESTÁNDAR 10 X 15 CMS.
A 39	02	ELEVADOR O DECOLADOR DOBLE DE MASING, GRADUADO DE EXTREMO DOBLE CORTANTE Y ROMO DE 22,5 CM
A 40	01	ELEVADOR DOBLE DE COTTLE EXTREMO SEMICORTANTE Y ROMO, GRADUADO DE 20 CM
A 41	01	ELEVADOR O DECOLADOR DOBLE DE MASING, GRADUADO DE EXTREMO DOBLE CORTANTE Y ROMO DE 22,5 CM
A 42	01	PORTA AGUJAS SAROT 0.4 (1/1); LONGITUD 18 CM
A 43	01	PORTA AGUJAS HEGAR MAYO 0.5, LONGITUD 18.5 CM
A 44	01	ESPÉCULO NASAL DE COTTLE, LONGITUD DE HOJA 2,5 CM
A 45	01	ESPÉCULO NASAL DE COTTLE, LONGITUD DE HOJA 3,5 CM
A 46	01	ESPÉCULO NASAL DE COTTLE, LONGITUD DE HOJA 5,5 CM
A 47	01	ESPÉCULO NASAL DE COTTLE, PEDIÁTRICO
A 48	02	PINZA BAYONETA JANSEN, FINA, LONGITUD 16 CM
A 49	01	CINCEL U OSTEOTOMO WALTER RECTO Y GRADUADO DE 3 MM, LONGITUD DE TRABAJO 19 CM
A 50	01	CONTENEDOR DE ALUMINIO (TAPA Y BASE) LIBRE DE POLIMEROS O PLASTICOS PARA MEJOR CICLO DE SECADO CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ADECUADAMENTE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICOI PARA SEPTORRINOPLASTIAS CON SISTEMA DE BARRERA TIPO LABERINTO EN ALUMINIO EN LA TAPA, CON EFICIENCIA DE 99.997% O MAYOR, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO EN ALUMINIO CON INDICADOR COLOR ROJO. CON CESTA EN ACERO INOXIDABLE Y PISO DE SILICONA.
A 51	02	CONTENEDOR DE ALUMINIO (TAPA Y BASE) LIBRE DE POLIMEROS O PLASTICOS PARA MEJOR CICLO DE SECADO CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ADECUADAMENTE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICOI PARA SEPTOPLASTIAS CON SISTEMA DE BARRERA TIPO LABERINTO EN ALUMINIO EN LA TAPA, CON EFICIENCIA DE 99.997% O MAYOR, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO EN ALUMINIO CON INDICADOR COLOR ROJO. CON CESTA EN ACERO INOXIDABLE Y PISO DE SILICONA.

a)	El instrumento debe estar libre de poros, rayas, fisuras, restos de grasa, residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.
b)	Los acabados deben ser libres de imperfecciones, armónicos al diseño del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben engancharse ni rasgar
c)	Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil superficial (dentado o ranurado)
d)	El tipo de pulido debe ser satinado o mate
e)	Empaque: Bolsa de polietileno de baja densidad
f)	Material: Acero inoxidable, reusable y autoclavable
g)	Certificado de calidad: ISO 13485
h)	Documento que indique claramente el país de fabricación de los instrumentales quirúrgicos debidamente codificado
i)	Certificado de manufactura: Directiva 93/42/CEE
j)	Identificación: cada instrumental debe traer grabado en su superficie desde fábrica, símbolo de la comunidad europea o similar, marca, codificación del modelo, material con el que está fabricado, la procedencia según corresponda su registro sanitario.

REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS (DE CORRESPONDER)
Registro sanitario para instrumental, contenedores no requieren
GARANTIA COMERCIAL (obligatoria)
05 años
REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL (de corresponder)
Certificado de buenas prácticas de almacenamiento CBPA, autorización sanitaria de funcionamiento

Dr. Bernardo Moscoso Espinoza
 CMP. 20733 - RNE 16964

495100132695		SET INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE MICROCIROLOGIA DE OIDO X 67 PIEZAS		UN	01
a). COMPONENTES:					
A 01	01	UND	MANGO DE BISTURÍ N°7, 16.5 CM		
A 02	01	UND	TIJERA MAYO RECTA DE 14.5 CM		
A 03	01	UNID	PINZA ADSON DE 12 CM, FINA		
A 04	01	UNID	PINZA ADSON CON DIENTE DE 12 CM, FINA		
A 05	01	UNID	PINZA ADSON BROWN 7X7 DIENTES DE 12 CM.		
A06	02	UNID	PINZA MOSQUITO BABY 10 CM CURVA		
A07	04	UNID	PINZA DE CAMPO BACKHAUS DE 8 CM		
A08	01	UNID	CANULA DE ASPIRACIÓN DE 1 MM DIAMETRO POR 7.5 CM DE LARGO-TIPO BARRON		
A09	02	UNID	ESPECULO OTICO DE 6 MM DE DIAMETRO EXTERIOR		
	02	UNID	ESPECULO OTICO DE 7.5 MM DE DIAMETRO EXTERIOR.		
A09	01	UNID	CANULA DE ASPIRACIÓN DE 1.8 MM DIAMETRO POR 7.5 CM DE LARGO-TIPO BARRON		
A10	01	UNID	CANULA DE ASPIRACIÓN DE 2.3 MM DIAMETRO POR 7.5 CM DE LARGO-TIPO BARRON		
A11	01		CANULA DE ASPIRACIÓN DE 2.3 MM DIAMETRO POR 7.5 CM DE LARGO-TIPO PLESTER de 1.5 mm, con interrupción de aspiración y mandril y conexión LUER		
A12	01		CANULA DE ASPIRACIÓN DE 2.3 MM DIAMETRO POR 7.5 CM DE LARGO-TIPO PLESTER de 2.3, con interrupción de aspiración y mandril y conexión LUER		
	03	UNID	MANGO DE CONECCION DE ASPIRACIÓN CON O SIN INTERRUPCIÓN.		
A13	01	UNID	RETRACTOR DE MANO FINO CON PUNTA FLEXIBLE, 3 GARFIOS		
A14	01	UNID	RETRACTOR 3X3 DIENTES AGUDOS, 13 CM. WEITLANDER WULLSTEIN		
A 15	01	UNID	RETRACTOR 2X3 DIENTES SEMI AGUDOS, 11.5 CM. WEITLANDER BABY		
A16	01	UNID	PORTA AGUJA CRILE WOOD CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO(TC) 15 CM-BABY		
A17	01	UNID	PERIOSTOTOMO ELEVADOR LEMPERT CURVO		
A18	01	UNID	BISTURÍ CORTE REDONDO PLESTER 2.4MM X 3.5MM, LARGO 16 CM		
A19	01	UNID	BISTURÍ HOJA CURVADA MODELO THORBURN, LARGO 16.5 CM		
A20	01	UNID	BISTURÍ HOJA CURVADAEXTRA FINA MODELO BEALS, LARGO 17 CM		
A21	02	UNID	BISTURÍ ROSEN, ANGULADO 45°, CORTE REDONDO 3MM, LARGO 16CM.		
A22	01	UNID	BISTURÍ ROSEN, ANGULADO 90°, CORTE REDONDO 3MM, LARGO 16CM.		
A23	01	UNID	BISTURÍ PLESTER, DE CORTE SEMICIRCULAR, DE 2.4 x 3MM		
A24	01	UNID	PINZA MICRO-WULLSTEIN DE COPA OVALADA RECTA 0.9 x 1.0MM. LONGITUD DE VASTAGO 8CM.(O SEMEJANTES DIMENSIONES)		
A25	01	unid	PINZA MICRO-WULLSTEIN DE COPA CURVADA HACIA ARRIBA 0.9 x 1.0MM. LONGITUD DE VASTAGO 8CM		
A26	02	UNID	PINZA FINA HARTMANN WULLSTEIN MANDIBULA ANCHO 0.8MM X 4MM DE LARGO. LONGITUD DE VASTAGO 8CM.		
A27	02	UNID	PINZA FINA HARTMANN RECTA ESTRIADA 0.8 x 4.0 MM DE 8 CM		
A28	01	UNID	PINZA FINA FISCH RECTA ESTRIADA 0.6x3.5 MM DE 8CM		
A29	02	UNID	MICRO TIJERA BELLUCI RECTA LONGITUD DE CORTE 3.5 MM, 8 CM		
A30	02	UNID	MICRO TIJERA BELLUCI RECTA longitud de corte 4.5mm		
A31	01	UNID	MICRO TIJERA BELLUCI CURVA A LA DERECHA longitud de corte 4mm		
A32	02	UNID	MICRO TIJERA BELLUCI CURVA A LA IZQUIERDA longitud de corte 4mm		
A33	01	UNID	MICRO TIJERA RECTA CON ANGULACION SUPERIOR		
A34	01	UNID	CUCHILLO MASING PARA CORTE DE CARTILAGO, CURVO, PUNTIAGUDO, 13 CM		
A35	01	UNID	PINZA DE MARTILLO HOUSE DIETER long. 8cm, LONGITUD DE CORTE 3.5 MM AREA DE CORTE HACIA ARRIBA.		
A36	01	UNID	MICRO GANCHO shambaugh CURVADO A 45° longitud 0.6 MM		
A37	01	UNID	MICRO GANCHO shambaugh CURVADO A 90° longitud 1.0 MM		

Dr. Bernabé Moscoso Espinoza
 CIP 20733 - RNE 15964

A38	01	UNID	AGUJA WULLSTEIN LIGERAMENTE CURVADA , LONGITUD 15 Ó 16 CM
A39	02	UNID	CURETA TIPO HOUSE CON AREA DE TRABAJO EN AMBOS EXTREMOS, OVALADA PEQUEÑA Y GRANDE. LONGITUD DE 14.5 CM
A40	03	UNID	PORTA ALGODONES CON EXTREMO ESTRIADO, DIAMETRO 0.9 MM, LONGITUD 14 CM
A41	03	UNID	CANULA DE ASPIRACIÓN DE 1.0 MM DIAMETRO POR 7.5 CM DE LARGO-TIPO BARRON
A42	03	UNID	CANULA DE ASPIRACIÓN DE 1.8 MM DIAMETRO POR 7.5 CM DE LARGO-TIPO BARRON
A41	04	UNID	RECIPIENTE METALICO DE 50 centímetros cúbicos. 57 a 60 mm diametro, altura 47 a 50 MM
A42	01	UNID	CONTENEDOR DE ALUMINIO (TAPA Y BASE) LIBRE DE POLIMEROS O PLÁSTICOS, PARA MEJOR CICLO DE SECADO CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ADECUADAMENTE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: <ul style="list-style-type: none"> - CON SISTEMA DE BARRERA TIPO LABERINTO EN ALUMINIO EN LA TAPA, CON EFICIENCIA DE 99.997% O MAYOR. - INCLUYE CESTA EN ACERO INOXIDABLE Y PISO DE SILICONA.
A43	03	UNID	DECOLADOR ELEVADOR FINO DE 2 MM. 16 CM LONGITUD
<p>b). El instrumento debe estar libre de poros, rayas, fisuras, restos de grasas, residuos del proceso de desgaste y pulidos del instrumento.</p> <p>c). Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben engancharse, ni rasgar.</p> <p>d). Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil superficial (dentado o ranurado).</p> <p>e). Tipo de pulido debe ser MATE.O NEGRO</p> <p>f). EMPAQUE: bolsa de polietileno de baja densidad</p> <p>g). MATERIAL: Acero inoxidable reusable autoclavable</p> <p>h). Certificado de calidad: ISO 13485</p> <p>i). Documento que indique claramente el País de fabricación de los instrumentales quirúrgicos debidamente codificado.</p> <p>j). Certificado de manufactura: Directiva 93/42/CEE</p> <p>k). IDENTIFICACIÓN, Cada instrumental debe traer grabado en su superficie desde fábrica Símbolo de la comunidad europea o similar, Marca, Codificación del modelo, Material con el que está fabricado, la Procedencia según corresponda su registro sanitario.</p>			
REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS (De corresponder)			
Registro sanitario, para instrumental. contenedores no requieren.			
GARANTÍA COMERCIAL (Obligatorio)			
10 años			
REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL (De corresponder)			
Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento CBPA, Autorización sanitaria de funcionamiento.			


 Dr. Bernabé Espinoza
 CMP 20733 - RNE 16964