

Formato N° 01

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - REQUERIMIENTO DE BIENES”

<b>Unidad de Organización o Programa</b>	D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
<b>Meta Presupuestaria</b>	META 06
<b>Actividad del POI</b>	AOI00000000308 TERAPIA ENDODÓNTICA
<b>Contribución al PPR</b>	PPR 018
<b>Denominación de la Contratación</b>	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA

**1. Finalidad Publica**

La finalidad pública de la contratación, buscar brindar abastecimiento de “materiales odontológico” para la atención estomatológica preventiva, recuperativa y especializada para el Servicio de Odontoestomatología del Hospital Hermilio Valdizán, con la finalidad de contar con el material necesario para brindar una atención de calidad a nuestros pacientes y el cumplimiento de metas programadas del presente año.

**2. Antecedentes**

Se ha programado actividades operativas según en función a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo institucional, donde se establece la necesidad de insumos y materiales para poder desarrollar las actividades programadas dentro del programa presupuestal (ppr 018) y así ejecutar el cumplimiento al plan de trabajo proyectado del 2025.

**3. Objetivos de la Contratación**

**3.1 Objetivo General**

- Disminución de la incidencia y prevalencia de las patologías de la cavidad bucal mediante la atención estomatológica preventiva, recuperativa y especializada.
- Adquisición de materiales odontológicos para brindar una atención de calidad, eficacia y eficiencia.

**3.2 Objetivo Específico**

- Mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes de salud mental y psiquiatría devolviendo la funcionabilidad.
- Cumplimiento de metas programadas en el programa 018 del presente año.

**4. Alcance y Descripción de los Bienes Contratar**

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL "HERMILIO VALDIZAN"

Mg. CD. Esp. Jorge A. Reyes Saberlein  
Servicio de Odontología  
C.O.R. 13371 R.N.E. 1097


#### 4.1 Características técnicas


NOMBRE DE INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MED	CARACTERISTICAS TÉCNICAS
<p>CEMENTO QUIRURGICO DENTAL (POLVO - LIQUIDO) (KIT)</p>	<p>4</p>	<p>UNIDAD</p>	<p><b><u>INDICACION DE USO</u></b></p> <p>-COMO APÓSITO PARA LA PROTECCION GINGIVAL Y/O PERIODONTAL DESPUES DE LA CIRUGIA PERIODONTAL.</p> <p>-PARA FACILITAR LA RETENCION CE FARMACOS ADMINISTRADOS LOCALMENTE EN LOS SITIO GINGIVALES.</p> <p><b><u>COMPOSICION:</u></b></p> <p>-LIQUIDO: 1 BOTELLA CON 20 ML(EUGENOL,ACEITE DE OLIVA )</p> <p>POLVO: 1 BOTELLA CON 50 G</p> <p>ACETATO DE ZINC, ACIDO TANICO,OXIDO DE ZINC Y CELULOSA.</p> <p><b><u>CARACTERISTICAS</u></b></p> <p>-CEMENTO QUIRURGICO PARA USO DESPUES DE CIRUGIAS.</p> <p>-CONTRIBUYE A REDUCIR EL DOLOR DESPUÉS DE LA EXODONCIA.</p> <p>-FAVORECE LOS PROCESOS DE CICATRIZACIÓN.</p> <p>-TIENE EFECTO ANTISÉPTICO.</p> <p>-SE REABSORBE EN EL ALVÉOLO, GRACIAS A SU BASE HIDROFÍLICA.</p> <p>- <b><u>FECHA DE VENCIMIENTO:</u></b> MAYOR A 3 AÑOS</p>
<p>CEMENTO TIPO GROSSMAN X 20 g</p>	<p>6</p>	<p>UNIDAD</p>	<p><b><u>INDICACION DE USO</u></b></p> <p>ES EMPLEADO COMO CEMENTO SELLADOR, NO GENERA MANCHADO DURANTE LOS PROCESOS DE OBTURACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES Y TIENE ACCIÓN SEDATIVA, ANODINA Y DESENSIBILIZANTE. ESTA FÓRMULA ES DÉBILMENTE ANTISÉPTICA, PERO OFRECE MAYOR RESISTENCIA A LAS FUERZAS DE MASTICACIÓN.</p> <p><b><u>COMPOSICION:</u></b></p> <p>POLVO CONTIENE: OXIDO DE ZINC, SULFATO DE BARIO, YODURO DE TIMOL,MAGNESIO.</p> <p>LIQUIDO: EUGENOL Y EXCIPIENTES.</p> <p><b><u>CARACTERISTICAS</u></b></p> <p>-PASTA FRAGUABLE. RADIOPACO</p> <p>-MATERIAL SELLADOR DE CONDUCTO</p> <p>- CEMENTO PARA OBTURACIÓN DEFINITIVA DE CONDUCTOS RADICULARES.</p> <p>- RADIOPACO A LOS RAYOS X.</p> <p>- OFRECE EL MEJOR SELLADO APICAL EN UNA OPERACIÓN ENDODONTICA DEFINITIVA, COMO</p>

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL "HERMILIO VALDIZAN"  
Mg. CD. Esp. Jorge A. Reyes Sabarbelin  
Servicio de Odontología  
C.O.P. 13371 R.N.E. 1097

		<p>COMPLEMENTO DE LOS CONOS DE GUTAPERCHA EN LA CONDENSACIÓN LATERAL O VERTICAL.</p> <p><b><u>CONTENIDO:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-1X FRASCO DE POLVO , 20 G</li><li>-1X BOTELLA DE LIQUIDO, 10ML</li><li>1X BLOC DE MEZCLA</li><li>-1X CUHARA</li><li>-1X GOTERO</li></ul>
<p>CONO DE GUTAPERCHA SET DEL 15 -40 (1era SERIE) X 120</p>	<p>35 UNIDAD</p>	<p><b><u>INDICACION DE USO</u></b></p> <p>PARA LA OBTURACION DE CONDOTOS RADICULARES EN LOS TRATAMIENTOS DE ENDODONCIA.</p> <p><b><u>COMPOSICION</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-GUTAPERCHA</li><li>-OXIDO DE ZINC</li><li>-SULFATOS DE METALES PESADOS (RADIOPACIFICADORES)O BARIO.</li><li>-CERAS Y/ RESINAS.</li></ul> <p><b><u>CONDICION BIOLOGICA</u></b></p> <p>HIPOALERGÉNICO ASÉPTICO</p> <p><b><u>CARACTERISTICAS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-FORMA DE CONO FLEXIBLE</li><li>-TERMOMALEABLE</li><li>-LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS E INCLUSIONES.</li><li>-COLOR UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO.</li><li>-PUNTAS CODIFICADAS POR COLORES PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES ISO (.02).</li><li>-TAMAÑOS ISO ESTANDARIZADOS</li></ul> <p><b><u>CONTENIDO:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CAJA X 120 UNIDADES.</li></ul> <p>120 X .02 PUNTAS EN UNA CAJA DESLIZABLE A PRUEBA DE DERRAMES</p> <p><b><u>DIMENSIONES</u></b></p> <p>COLORES DE GROSOR DE CONO:</p> <p>BLANCO - NUMERACION DE TAMAÑO DE CONO(0150,AMARILLO(020)ROJO(025), AZUL (030), VERDE(035), NEGRO(040);</p> <p>CAJA NUMERADA O ENVASE INDIVIDUAL QUE IDENTIFIQUE TAMAÑO DE CONO:15,20,25,30,35,40 SEGÚN EL NÚMERO Y COLOR.</p> <p>SET DE 120 UNIDADES A MÁS</p> <p>LONGITUD: TAMAÑO DE 28 MM A MÁS CON O SIN MARCACION MILIMETRADA A PARTIR DE 16MM DE LA PUNTA DEL CONO.</p>

			<p><b><u>ENVASE INMEDIATO</u></b></p> <p>CAJA DE PLASTICO SELLADA</p>
<p>MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL "HERMILIO VALDIZAN"</p> <p>Mg. CD. Esp. Jorge A. Reyes-Saberbek Servicio de Odontología C.O.P. 13371 R.N.E. 1097</p> <p>CONO DE PAPEL SET 15-40 (1era SERIE) X 120</p>	<p>35</p>	<p>UNIDAD</p>	<p><b><u>INDICACION DE USO</u></b></p> <p>PARA EL SECADO DE LOS CONDUCTOS RADICULARES EN LOS TRATAMIENTOS DE ENDODONCIA</p> <p><b><u>COMPOSICION</u></b></p> <p>PAPEL ABSORBENTE DE ALMIDÓN</p> <p><b><u>CARACTERISTICAS</u></b></p> <p>-FORMA DE CONO</p> <p>-COLOR DE CONO: BLANCO CON EL EXTREMO SUPERIOR DE ACUERDO AL COLOR DE TAMAÑO.</p> <p>-NO DEBE DE DESINTEGRARSE AL CONTACTO CON LOS LIQUIDOS.</p> <p>-ELABORADO DE PAPEL ALTAMENTE ABSORBENTE.</p> <p>-LIMPIA Y SECA EL CANAL DE LA RAÍZ DENTAL POR INSERCIÓN Y RETIRO.</p> <p><b><u>CONDICION BIOLOGICA</u></b></p> <p>HIPOALERGÉNICO</p> <p>ASÉPTICO</p> <p><b><u>DIMENSIONES</u></b></p> <p>COLORES DE GROSOR DE CONO:</p> <p>BLANCO - NUMERACION DE TAMAÑO DE CONO(0150,AMARILLO(020)ROJO(025), AZUL (030), VERDE(035), NEGRO(040);</p> <p>CAJA NUMERADA O ENVASE INDIVIDUAL QUE IDENTIFIQUE TAMAÑO DE CONO: 15, 20, 25, 30, 35, 40 SEGÚN EL NÚMERO Y COLOR.</p> <p>SET DE 100 UNIDADES A MÁS</p> <p>LONGITUD: TAMAÑO DE 25 MM A MÁS CON O SIN MARCACION MILIMETRADA A PARTIR DE 16MM DE LA PUNTA DEL CONO.</p> <p><b><u>ENVASE INMEDIATO</u></b></p> <p>CAJA DE PLASTICO SELLADA</p>
<p>EUGENOL LIQUIDO X 20 mL</p>	<p>4</p>	<p>UNIDAD</p>	<p><b><u>INDICACION DE USO</u></b></p> <p>- COMO AGENTE ANTIBACTERIANO</p> <p>-COMO SEDANTE PULPAR.</p> <p>LA COMBINACION CON OTROS ELEMENTOS EN POLVO (COMO EL OXIDO DE ZINC), ES UTILIZADO:</p> <p>-COMO MATERIAL DE RELLENO INTRACONDUCTO,RELLENO TEMPORAL O PROVISORIO.</p> <p>- COMO APOSITO QUIRURGICO.</p> <p>-COMO DESINFECTANTE EN LA OBTURACION DE CONDUCTOS.</p> <p>-COMO MATERIAL DE OBTURACION EN TRATAMIENTOS DE PULPOTOMIAS.</p>

		<p><b><u>COMPOSICION</u></b></p> <p>EUGENOL (ACEITE DE CLAVO DE OLOR)</p> <p><b><u>CARACTERISTICAS</u></b></p> <p>-LIQUIDO OLEOSO</p> <p><b><u>CONDICION BIOLOGICA</u></b></p> <p>ASÉPTICO</p> <p><b><u>DIMENSIONES</u></b></p> <p>-CONTENDO DE 15 MILILITROS A MÁS</p> <p><b><u>ENVASE INMEDIATO</u></b></p> <p>FRASCO DE VIDRIO AMBAR CON TAPA ROSCA Y TAPA PLASTICA A PRESION.</p>
<p>MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL "HERMILIO VALDIZAN"</p>  <p>Mg. CD. Esp. Jorge A. Reyes Saberhein Servicio de Odontología C.O.P. 13371 R.N.E. 1097</p> <p>LIMAS K SET DEL 15-40 (1era SERIE) DE 21 mm</p>	<p>30</p>	<p><b><u>INDICACION DE USO</u></b></p> <p>PARA ENSANCHAR LAS PAREDES DEL CONDUCTO RADICULAR DE LA PIEZA DENTARIA A TRATAR ENDODONTICAMENTE.</p> <p><b><u>COMPOSICION</u></b></p> <p>PARTE ACTIVA: ACERO INOXIDABLE</p> <p>MAGO: PLÁSTICO O METAL.</p> <p><b><u>CARACTERISTICAS</u></b></p> <p>-ENSANCHADOR, LIMA TIPO K</p> <p>-FLEXIBLE</p> <p>-MANGO ERGONOMICO Y ANTIDESLIZANTE.</p> <p>-RESISTENTE A LA ESTERILIZACION</p> <p><b><u>CONDICION BIOLOGICA</u></b></p> <p>ASÉPTICO</p> <p>ATÓXICO</p> <p><b><u>DIMENSIONES</u></b></p> <p><b>TAMAÑO NOMINAL (015)</b></p> <p>DIAMETRO: DIAMETRO DE LA PARTE ACTIVA:0.15 / TOLERANCIA: +-0.02, LONGITUD DE LA PARTE ACTIVA 16 MM, LONGTUD DE LA PARTE OPERATIVA:21MM/ COLOR: (BLANCO)</p> <p><b>TAMAÑO NOMINAL (020)</b></p> <p>DIAMETRO: DIAMETRO DE LA PARTE ACTIVA:0.20 / TOLERANCIA: +-0.02, LONGITUD DE LA PARTE ACTIVA 16 MM, LONGTUD DE LA PARTE OPERATIVA:21MM/ COLOR: (AMARILLO)</p> <p><b>TAMAÑO NOMINAL (025)</b></p> <p>DIAMETRO: DIAMETRO DE LA PARTE ACTIVA:0.25 / TOLERANCIA: +-0.02, LONGITUD DE LA PARTE ACTIVA 16 MM, LONGTUD DE LA PARTE OPERATIVA:21MM/ COLOR: (ROJO)</p>

			<p><b>TAMAÑO NOMINAL (030)</b></p> <p>DIAMETRO: DIAMETRO DE LA PARTE ACTIVA:0.30 / TOLERANCIA: +0.02, LONGITUD DE LA PARTE ACTIVA 16 MM, LONGTUD DE LA PARTE OPERATIVA:21MM/ COLOR: (AZUL)</p> <p><b>TAMAÑO NOMINAL (035)</b></p> <p>DIAMETRO: DIAMETRO DE LA PARTE ACTIVA:0.35 / TOLERANCIA: +0.02, LONGITUD DE LA PARTE ACTIVA 16 MM, LONGTUD DE LA PARTE OPERATIVA:21MM/ COLOR: (VERDE)</p> <p><b>TAMAÑO NOMINAL (040)</b></p> <p>DIAMETRO: DIAMETRO DE LA PARTE ACTIVA:0.40 / TOLERANCIA: +0.02, LONGITUD DE LA PARTE ACTIVA 16 MM, LONGTUD DE LA PARTE OPERATIVA:21MM/ COLOR: (NEGRO)</p> <p>CAJA O BLISTER POR 6 UNIDADES</p> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b></p> <p>CAJA DE PLASTICO CON ORGANIZADOR SURTIDO POR MEDIDAS O ENVASE TIPO BLISTER.</p>
 <p>LIMAS K SET DEL 15-40 (1era SERIE) DE 25 mm</p>	<p>30</p>	<p>UNIDAD</p>	<p><b>INDICACION DE USO</b></p> <p>PARA ENSANCHAR LAS PAREDES DEL CONDUCTO RADICULAR DE LA PIEZA DENTARIA A TRATAR ENDODONTICAMENTE.</p> <p><b>COMPOSICION</b></p> <p>PARTE ACTIVA: ACERO INOXIDABLE</p> <p>MAGO: PLÁSTICO O METAL.</p> <p><b>CARACTERISTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ENSANCHADOR, LIMA TIPO K</li> <li>-FLEXIBLE</li> <li>-MANGO ERGONOMICO Y ANTIDESLIZANTE.</li> <li>-RESISTENTE A LA ESTERILIZACION</li> </ul> <p><b>CONDICION BIOLÓGICA</b></p> <p>ASÉPTICO</p> <p>ATÓXICO</p> <p><b>DIMENSIONES</b></p> <p><b>TAMAÑO NOMINAL (015)</b></p> <p>DIAMETRO: DIAMETRO DE LA PARTE ACTIVA:0.15 / TOLERANCIA: +0.02, LONGITUD DE LA PARTE ACTIVA 16 MM, LONGTUD DE LA PARTE OPERATIVA:25MM/ COLOR: (BLANCO)</p> <p><b>TAMAÑO NOMINAL (020)</b></p> <p>DIAMETRO: DIAMETRO DE LA PARTE ACTIVA:0.20 / TOLERANCIA: +0.02, LONGITUD DE LA PARTE ACTIVA 16 MM, LONGTUD DE LA PARTE OPERATIVA:25MM/ COLOR: (AMARILLO)</p>

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL "HERMILIO VALDIZAN"  
Mg. CD. Esp. Jorge A/Reyes Saborstein  
Servicio de Odontología  
C.O.P. 13371 B.N.E. 1087

			<p><b>TAMAÑO NOMINAL (025)</b></p> <p>DIAMETRO: DIAMETRO DE LA PARTE ACTIVA:0.25 / TOLERANCIA: +0.02, LONGITUD DE LA PARTE ACTIVA 16 MM, LONGTUD DE LA PARTE OPERATIVA:25MM/ COLOR: (ROJO)</p> <p><b>TAMAÑO NOMINAL (030)</b></p> <p>DIAMETRO: DIAMETRO DE LA PARTE ACTIVA:0.30 / TOLERANCIA: +0.02, LONGITUD DE LA PARTE ACTIVA 16 MM, LONGTUD DE LA PARTE OPERATIVA:25MM/ COLOR: (AZUL)</p> <p><b>TAMAÑO NOMINAL (035)</b></p> <p>DIAMETRO: DIAMETRO DE LA PARTE ACTIVA:0.35 / TOLERANCIA: +0.02, LONGITUD DE LA PARTE ACTIVA 16 MM, LONGTUD DE LA PARTE OPERATIVA:25MM/ COLOR: (VERDE)</p> <p><b>TAMAÑO NOMINAL (040)</b></p> <p>DIAMETRO: DIAMETRO DE LA PARTE ACTIVA:0.40 / TOLERANCIA: +0.02, LONGITUD DE LA PARTE ACTIVA 16 MM, LONGTUD DE LA PARTE OPERATIVA:25MM/ COLOR: (NEGRO)</p> <p>CAJA O BLISTER POR 6 UNIDADES</p> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b></p> <p>CAJA DE PLASTICO CON ORGANIZADOR SURTIDO POR MEDIDAS O ENVASE TIPO BLISTER.</p>
<p>LIMAS K SET DEL 15-40 (1era SERIE) DE 28 mm</p>	<p>5</p>	<p>UNIDAD</p>	<p><b>INDICACION DE USO</b></p> <p>PARA ENSANCHAR LAS PAREDES DEL CONDUCTO RADICULAR DE LA PIEZA DENTARIA A TRATAR ENDODONTICAMENTE.</p> <p><b>COMPOSICION</b></p> <p>PARTE ACTIVA: ACERO INOXIDABLE</p> <p>MAGO: PLÁSTICO O METAL.</p> <p><b>CARACTERISTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ENSANCHADOR, LIMA TIPO K</li> <li>-FLEXIBLE</li> <li>-MANGO ERGONOMICO Y ANTIDESLIZANTE.</li> <li>-RESISTENTE A LA ESTERILIZACION</li> </ul> <p><b>CONDICION BIOLOGICA</b></p> <p>ASÉPTICO</p> <p>ATÓXICO</p> <p><b>DIMENSIONES</b></p> <p><b>TAMAÑO NOMINAL (015)</b></p> <p>DIAMETRO: DIAMETRO DE LA PARTE ACTIVA:0.15 / TOLERANCIA: +0.02, LONGITUD DE LA PARTE ACTIVA 16 MM, LONGTUD DE LA PARTE OPERATIVA:28MM/ COLOR: (BLANCO)</p>

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL "HERMILIO VALDIZAN"  
 Mg. CD. Esp. Jorge A. Reyes/Saberbein  
 Servicio de Odontología  
 C.O.P. 13371 R.N.E. 1097

		<p><b>TAMAÑO NOMINAL (020)</b></p> <p>DIAMETRO: DIAMETRO DE LA PARTE ACTIVA:0.20 / TOLERANCIA: +-0.02, LONGITUD DE LA PARTE ACTIVA 16 MM, LONGTUD DE LA PARTE OPERATIVA:28MM/ COLOR: (AMARILLO)</p> <p><b>TAMAÑO NOMINAL (025)</b></p> <p>DIAMETRO: DIAMETRO DE LA PARTE ACTIVA:0.25 / TOLERANCIA: +-0.02, LONGITUD DE LA PARTE ACTIVA 16 MM, LONGTUD DE LA PARTE OPERATIVA:28MM/ COLOR: (ROJO)</p> <p><b>TAMAÑO NOMINAL (030)</b></p> <p>DIAMETRO: DIAMETRO DE LA PARTE ACTIVA:0.30 / TOLERANCIA: +-0.02, LONGITUD DE LA PARTE ACTIVA 16 MM, LONGTUD DE LA PARTE OPERATIVA:28MM/ COLOR: (AZUL)</p> <p><b>TAMAÑO NOMINAL (035)</b></p> <p>DIAMETRO: DIAMETRO DE LA PARTE ACTIVA:0.35 / TOLERANCIA: +-0.02, LONGITUD DE LA PARTE ACTIVA 16 MM, LONGTUD DE LA PARTE OPERATIVA:28MM/ COLOR: (VERDE)</p> <p><b>TAMAÑO NOMINAL (040)</b></p> <p>DIAMETRO: DIAMETRO DE LA PARTE ACTIVA:0.40 / TOLERANCIA: +-0.02, LONGITUD DE LA PARTE ACTIVA 16 MM, LONGTUD DE LA PARTE OPERATIVA:28MM/ COLOR: (NEGRO)</p> <p>CAJA O BLISTER POR 6 UNIDADES</p> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b></p> <p>CAJA DE PLASTICO CON ORGANIZADOR SURTIDO POR MEDIDAS O ENVASE TIPO BLISTER.</p>
<p>LIMAS SET PARA ENDODONCIA PARA SISTEMA</p> <p>ROTATORIO DE 21 mm X 6</p>	<p>30 UNIDAD</p>	<p><b>INDICACION DE USO</b></p> <p>PARA ENSANCHAR LAS PAREDES DEL CONDUCTO RADICULAR DE LA PIEZA DENTARIA A TRATAR ENDODONTICAMENTE.</p> <p><b>COMPOSICION</b></p> <p>JUEGO DE LIMAS FLEXIBLES PRESENTACION DE 6 UNIDADES. F1-F2-F3-S1-S2-SX</p> <p><b>CARACTERISTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-CON FLEXIBILIDAD SOBRESALIENTE.</li> <li>- INDICADO PARA CONDUCTOS CURVOS Y ANGOSTOS.</li> <li>- COMPATIBLES CON TODOS LOS PRINCIPALES MOTORES GIRATORIOS DEL MERCADO.</li> <li>-MATERIAL: NITI</li> <li>-DISEÑO CONTINUO MULTICÓNICO, CADA ARCHIVO TIENE SU PROPIA ÁREA DE TRABAJO ESPECÍFICA.</li> <li>-SECCIÓN TRANSVERSAL TRIANGULAR CONVEXA, QUE PROPORCIONA UNA ALTA EFICIENCIA DE CORTE.</li> <li>-EL DISEÑO MEJORADO DE LA PUNTA ES SUAVE PARA EVITAR DAÑOS EN LA PARED DEL CANAL RADICULAR.</li> <li>-DISEÑO DEL PLURALISMO Y ÁNGULO DE RANURA EN ESPIRAL PARA MINIMIZAR LA INCRUSTACIÓN EN LA PARED DEL CANAL RADICULAR EN EL PROCESO DE ROTACIÓN.</li> </ul>

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL "HERMILIO VALDIZAN"  
Mg. CD. Esp. Jorge A. Reyes Salazar  
Servicio de Odontología  
C.O.P. 13371 R.N.E. 1097

			<p><u>CONDICION BIOLOGICA</u></p> <p>ASÉPTICO</p> <p>ATÓXICO</p> <p><u>DIMENSIONES</u></p> <p>LONGITUD : 21MM</p> <p><u>ENVASE INMEDIATO</u></p> <p>CAJA DE PLASTICO CON ORGANIZADOR SURTIDO POR MEDIDAS O ENVASE TIPO BLISTER.</p>
<p>LIMAS SET PARA ENDODONCIA PARA SISTEMA</p> <p>ROTATORIO DE 25 mm X 6</p>	<p>25</p>	<p>UNIDAD</p>	<p><u>INDICACION DE USO</u></p> <p>PARA ENSANCHAR LAS PAREDES DEL CONDUCTO RADICULAR DE LA PIEZA DENTARIA A TRATAR ENDODONTICAMENTE.</p> <p><u>COMPOSICION</u></p> <p>JUEGO DE LIMAS FLEXIBLES PRESENTACION DE 6 UNIDADES. F1-F2-F3-S1-S2-SX</p> <p><u>CARACTERISTICAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-CON FLEXIBILIDAD SOBRESALIENTE.</li> <li>- INDICADO PARA CONDUCTOS CURVOS Y ANGOSTOS.</li> <li>- COMPATIBLES CON TODOS LOS PRINCIPALES MOTORES GIRATORIOS DEL MERCADO.</li> <li>-MATERIAL: NITI</li> <li>-DISEÑO CONTINUO MULTICÓNICO, CADA ARCHIVO TIENE SU PROPIA ÁREA DE TRABAJO ESPECÍFICA.</li> <li>-SECCIÓN TRANSVERSAL TRIANGULAR CONVEXA, QUE PROPORCIONA UNA ALTA EFICIENCIA DE CORTE.</li> <li>-EL DISEÑO MEJORADO DE LA PUNTA ES SUAVE PARA EVITAR DAÑOS EN LA PARED DEL CANAL RADICULAR.</li> <li>-DISEÑO DEL PLURALISMO Y ÁNGULO DE RANURA EN ESPIRAL PARA MINIMIZAR LA INCRUSTACIÓN EN LA PARED DEL CANAL RADICULAR EN EL PROCESO DE ROTACIÓN</li> </ul> <p><u>CONDICION BIOLOGICA</u></p> <p>ASÉPTICO</p> <p>ATÓXICO</p> <p><u>DIMENSIONES</u></p> <p>LONGITUD : 25MM</p> <p><u>ENVASE INMEDIATO</u></p> <p>CAJA DE PLASTICO CON ORGANIZADOR SURTIDO POR MEDIDAS O ENVASE TIPO BLISTER.</p>
<p>REGLA MILIMETRADA DE METAL PARA ENDODONCIA</p>	<p>5</p>	<p>UNIDAD</p>	<p><u>INDICACION DE USO</u></p> <p>INTRUMENTO RIGIDO Y DE FORMA REGTANGULAR MILIMETRADO, QUE SIRVE PARA REALIZAR MEDICIONES ESPECIALES COMO LOS INSTRUMENTOS DE ENDODONCIA FUERA DEL PACIENTE.</p>

		<p><b><u>CARACTERISTICAS FUNCIONALES</u></b></p> <p>PARA MEDIR LA LONGITUD DE LOS INSTRUMENTOS DIGITALES DE ENDODONCIA</p> <p><b><u>MATERIAL</u></b></p> <p>-ACERO INOXIDABLE MARTENSÍTICO DE TIPO O SERIE AISI 410</p> <p><b><u>CARACTERISTICAS</u></b></p> <p>-INSTRUMENTO RETANGULAR METALICO.</p> <p>-CON UNA RANURA LEVE PARA FACILITAR LA POSICION EXACTA DE LOS INSTRUMENTOS DIGITALES DE ENDODONCIA</p> <p>-OPCIONAL: CON ANILLO O ARO EN LA ZONA INFERIOR A LAS MEDIDAS MILIMETRADAS.</p> <p><b><u>DIMENSIONES</u></b></p> <p>LONGITUD MINIMA: 5CMX1CM O 50MM X 10MM</p> <p>DIMENSION: LARGO X ANCHO</p> <p><b><u>ENVASE INMEDIATO</u></b></p> <p>ENVASE INDIVIDUAL.</p>

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL "HERMILIO VALDIZAN"  
  
Mg. CD. Esp. Jorge A. Reyes Sabarín  
Servicio de Odontología  
C.O.P. 13371 R.N.E. 1097

#### 4.2 Condiciones de Operación

Los bienes de adquisición deberán ser nuevo y sin uso, deberán cumplir con las características técnicas mencionadas en el requerimiento.

#### 4.3 Embalaje y rotulado

Cajas nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento. Debe contener información en idioma español en forma legible

De acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. El contenido de los rotulados inmediato y mediato (si aplica) deberá contener información establecida en el marco de los dispositivos legales con los cuales se otorgó la inscripción de su registro sanitario.

### 5. Garantía Comercial

*La garantía de los bienes en cuanto a la fabricación del insumo o material será según vencimiento y/o fecha de expiración detallado dentro de las características técnicas, y se considerará desde a partir del día siguiente de emitida la conformidad por parte del **ÁREA USUARIA**.*

### 6. Requisitos del Proveedor y/o Personal

#### 6.1 documentos técnicos obligatorios

- Ficha técnica de los productos

#### 6.2 documentos técnicos del postor

- Declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar con el estado.
- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.
- Ficha RUC habilitado y activo.
- Tener Autorización Sanitaria de Funcionamiento.
- Ficha de presentación del producto y vigencia.
- Experiencia RNP.

### 7. Lugar y Plazo de Ejecución

**Lugar:** ALMACEN CENTRAL

Hospital Hermilio Valdizan.

Carretera central km. 3.5 Santa Anita.

**Horario:** Se realizará la entrega en los horarios de 8 am a 11 am

**Plazo:** La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizando desde el día siguiente de la notificación de recepción de la orden de compra

### 8. Conformidad

- Área que brindará la conformidad: Servicio de Odontología.

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL "HERMILIO VALDIZAN"  
Mg. CD. Esc. Jorge A. Reyes Sabarbelin  
Servicio de Odontología  
C.O.P. 13371 R.N.E. 1097

## 9. Forma y Condiciones de Pago

El pago se realizará después de efectuada la entrega de bienes la prestación y otorgada la conformidad.

Se efectuara en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad debe contar con siguiente documentación :

- Guia de remisión.
- Acta de recepcion del almacen
- Declaración jurada del cumplimiento de las especificaciones Técnicas.

## 10. Responsabilidad por Vicios Ocultos

*El plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados será de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada.*

## 11. Penalidades

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

*En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto de la contratación, el Hospital Hermilio Valdizan le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:*

$$\text{Penalidad diaria} = \underline{0.10 \times \text{monto vigente}}$$

$$F \times \text{plazo vigente en días}$$

*Donde F tiene el siguiente valor:*

$$\text{Para bienes: } F = 0.40$$

*Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente de la contratación o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso.*

*En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la Entidad puede establecer en las EETT la penalidad a aplicarse.*

## 12. Otras Penalidades (De corresponder)

- Por mora

## 13. Cláusula de Solución de Controversias

*Por la presente cláusula las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja o se relacione con la ejecución o interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieren a su nulidad e invalidez será resuelta por conciliación de conformidad con la LEY.*

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL "HERMILIO VALDIZAN"  
Mg. CD. Esp. Jorge A. Reyes Sabarben  
Servicio de Odontología  
C.O.P-13371 R.N.E. 1097

#### **14. Cláusula Anticorrupción y antisoborno**

*El Proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.*

*Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.*

*Del mismo modo, el proveedor, declara conocer los compromisos antisoborno Hospital Hermilio Valdizan del Ministerio de Salud con el firme compromiso de combatir el soborno en cualquiera de sus formas, promoviendo el máximo nivel de transparencia.*

*Además, el proveedor se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas”.*

#### **15. Resolución de contrato**

*Cualquiera de las partes podrá resolver total o parcialmente la Orden de Compra por incumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de actos voluntarios contrarios a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres, de acuerdo a la normativa especial que resulte aplicable; siendo de aplicación el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas y de manera supletoria las disposiciones pertinentes del código civil vigente, cuando corresponda.*

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL "HERMILIO VALDIZAN"

Mg. CD. Esp. Jorge A. Reyes Saberbein  
Servicio de Odontología  
C.O.P. 13371 R.N.E. 1097

Nombre, firma y sello del jefe del área usuaria

