



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LABORATORIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N° 2472190 (ACCIÓN 2.2, 2.3 – ACTIVIDAD 2.2.1, 2.3.1 DEL COMPONENTE II y ACCION 3.3 – ACTIVIDAD 3.3.4, 3.3.8 DEL COMPONENTE III)

#### 1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO

Dirección de Servicios Estratégicos Agrarios - DSEA / Unidad Ejecutora de Inversiones - UEI - Proyecto de inversión con CUI N° 2472190

#### 2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La presente contratación tiene como objeto la Adquisición de Equipos especializados para Laboratorio; correspondiente a la **Acción 2.2.** Adquisición de Equipos para Laboratorio de suelos, aguas y foliares - **Actividad 2.2.1** Equipos para Laboratorio de suelos, aguas y foliares; **Acción 2.3.** Adquisición de Equipos para Laboratorio de Genética Molecular y Biotecnología - **Actividad 2.3.1** Equipos para Laboratorio de Genética Molecular y Biotecnología, del **Componente 2: Suficiente Mobiliario y Equipamiento para Investigación y Transferencia de Tecnología;** y para la **Acción 3.3.** Investigación en tecnología agraria - **Actividad 3.3.4** Estudios de producción agrícola, **Actividad 3.3.8** Estudios de biotecnología del **Componente 3: Suficiente personal calificado para el desarrollo de investigación y transferencia de tecnología;** en el marco del proyecto de inversión denominado: **“Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de tecnología agraria en la estación experimental agraria El Chira – Marcavelica del distrito de Marcavelica – provincia de Sullana – departamento de Piura”** identificado con CUI N° 2472190.

|   |   |
|---|---|
| <b>Órgano y/o Unidad Orgánica:</b>      | Dirección de Servicios Estratégicos Agrarios - DSEA / Unidad Ejecutora de Inversiones – UEI – Proyecto de Inversión con CUI N°2472190.  |
| <b>Actividad del POI</b>                | AOI00016001831 - Adquisición de mobiliario y equipamiento para investigación y transferencia de tecnología en la EEA El Chira C2 - CUI 2472190<br><br>AOI00016001833 - Investigación de tecnología agraria y sostenibilidad agropecuaria en la EEA El Chira C3 - CUI 2472190. |
| <b>Denominación de la Contratación:</b> | Adquisición de Equipos especializados para Laboratorio; para la Acción 2.2 – Actividad 2.2.1; Acción 2.3 - Actividad 2.3.1 del Componente II y para la Acción 3.3 - Actividad 3.3.4, 3.3.8 del Componente III   |
| <b>Meta Presupuestal</b>                | 317 y 318   |
| <b>CMN Aprobado</b>                     | Anexo 6: N° 035 – 037 - 051   |

#### 3. FINALIDAD PÚBLICA

La presente adquisición tiene como finalidad asegurar la correcta implementación de los diferentes Laboratorios de la Estación Experimental Agraria El Chira, mediante la adquisición de equipos especializados para laboratorio, que permitirá lograr el eficiente desarrollo de acciones concurrentes de investigación y transferencia tecnológica, para poder dar la debida atención a los productores que se encuentran en el área de intervención de la EEA El Chira



Firmado digitalmente por:  
RAMIREZ ROJAS MAX AUGUSTO  
FIR 45996335 hard  
Motivo: Soy el autor del documento

Fecha: 19/03/2026 21:54:17-0500  
Av. La Molina 1981, Lima  
Central Telefónica: 240-2100 Anexo 327  
www.gob.pe/inia  
www.gob.pe/midagri



Firmado digitalmente por:  
CARRILLO MUÑOZ KARINA FIR  
42712838 hard  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 19/03/2026 06:34:30-0500



Firmado digitalmente por:  
RUZ LUIS Juancarlos  
Alejandro, FAU 20131365994 soft  
Motivo: Day V° B°  
Fecha: 19/03/2026 08:15:41-0500

**4. EL OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:**

El objetivo de la contratación es contar con Equipos especializados para Laboratorio; para la **Acción 2.2 – Actividad 2.2.1; Acción 2.3 - Actividad 2.3.1, del Componente II y para la Acción 3.3 - Actividad 3.3.4, 3.3.8 del Componente III**, del Proyecto de Inversión con CUI N.º 2472190, los cuales son necesarios para la implementación del Laboratorio de Suelos, aguas y foliares; Laboratorio de Genética Molecular y Biotecnología, Laboratorio de Control Biológico – producción de microorganismos, y Laboratorio de Micropropagación de plantas in vitro; y así poder fortalecer las actividades de investigación y transferencia tecnológica, en el sector agrícola de la región Piura. Asimismo, mejorar la confiabilidad y calidad científica de los resultados de investigación, mediante el uso de equipos que garanticen condiciones experimentales estables y controladas en las diferentes líneas de investigación. Lo que permitirá a los productores agropecuarios del departamento de Piura recibir de manera suficiente y adecuada los servicios de investigación y transferencia de tecnología agrarias por parte de la EEA El Chira – Piura a través de la Estación Experimental Agraria El Chira – Piura y El Centro Experimental Hualtaco – Piura, en el marco a la ejecución de actividades de investigación y en cumplimiento de las metas programadas

Los bienes están considerados en el expediente técnico de acuerdo con el siguiente detalle:

| Componente 2: Suficiente mobiliario y equipamiento para investigación y transferencia de tecnología |  |                             |       |              |
|---|--|-----------------------------|-------|--------------|
| Acción  | Actividad  | Descripción                 | Cant. | Unid. de Med |
| 2.2. Adquisición de Equipos para Laboratorio de suelos, aguas y foliares                            | 2.2.1 Equipos para Laboratorio de suelos, aguas y foliares           | Sistema de filtración       | 01    | Und          |
|   |  | Ablandador                  | 01    | Und          |
| 2.3. Adquisición de Equipos para Laboratorio de Genética Molecular y Biotecnología                  | 2.3.1 Equipos para Laboratorio de Genética Molecular y Biotecnología | Agitador Orbital II         | 01    | Und          |
|   |  | Balanza de precisión        | 01    | Und          |
|   |  | Agitador vórtex de 3000 rpm | 01    | Und          |

| Componente 3: Suficiente personal calificado para el desarrollo de Investigación y Transferencia de Tecnología |                                       |                                    |       |              |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------|
| Acción   | Actividad                             | Descripción                        | Cant. | Unid. de Med |
| 3.3. Investigación en Tecnología Agraria   | 3.3.4 Estudios de producción agrícola | Medidor de dureza de agua portátil | 02    | Und          |
|  | 3.3.8 Estudios de Biotecnología       | Dispensador con recirculación      | 01    | Und          |

**5. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN**

Los bienes deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas, las cuales pueden ser superadas en todos sus componentes:



Firmado digitalmente por:  
RAMIREZ ROJAS MAX AUGUSTO  
1981-11-14 10:05 hard  
Cen. Teléfono: 0240-2100 Anexo del  
327 documento  
www.gob.pe/inia Fecha: 18/03/2026 21:54:33-0500  
www.gob.pe/midagri



Firmado digitalmente por:  
CARRILLO MUÑOZ KARINA FIR  
42712838 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 19/03/2026 06:34:49-0500



Firmado digitalmente por:  
CRUZ LUIS Juancarlos  
Alejandro\_FAU 20131365994 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 19/03/2026 08:15:44-0500



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”




| ITEM | DESCRIPCIÓN   | CANT. | Unid. de Med |
|------|---|-------|--------------|
| 01   | <p><b>SISTEMA DE FILTRACIÓN</b></p> <p><u>Características mínimas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Caudal: Máx. 15 lt /min</li> <li>● Vacío: Máx. 250 mbar</li> <li>● Presión: Máx. 30 psi</li> <li>● Tubo: Con rosca</li> <li>● Potencia de motor: 75 watt</li> </ul>   | 01    | Und          |
| 02   | <p><b>ABLANDADOR</b></p> <p><u>Características mínimas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tipo: Automático</li> <li>● Tanque FRP: 7"X35", 2,5"</li> <li>● Tanque de Salmuera 70 L</li> <li>● 1/2 pie cúbico de resina catiónica</li> <li>● 02 Kg de grava de cuarzo de 1/32"</li> <li>● Flujo Máxima: 2,5 GPM</li> <li>● Consumo de sal: 5 Lb/ generación</li> <li>● Presión de Trabajo: 20 - 80 psi</li> <li>● Bomba de 1/2 HP</li> <li>● Instalación a Equipos purificadores de agua (entrada 6mm y 8mm)</li> </ul>   | 01    | Und          |
| 03   | <p><b>AGITADOR ORBITAL II</b></p> <p><u>Características mínimas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Movimiento: orbital / balanceo 2D</li> <li>● Velocidad variable: 2 a 500 rpm</li> <li>● Diámetro orbital: 10 mm</li> <li>● Ángulo de inclinación: 0° a ±30°</li> <li>● Capacidad de carga: 3,6 a 7,5 kg</li> <li>● Plataforma: 300x300 mm</li> <li>● Visualización: LCD</li> <li>● Temporizador: 1 a 1199 min</li> <li>● Ambiente permitido: 5-40 °C y hasta 80% HR</li> <li>● Potencia: 30 W</li> <li>● Alimentación: 115 VCA 60 Hz (0,24 A)/240 V 60 Hz</li> <li>● Peso: mínimo 3,4 kg</li> <li>● Clase de protección: IP21</li> <li>● Conector de datos: RS232</li> </ul> | 01    | Und          |
| 04   | <p><b>BALANZA DE PRECISIÓN</b></p> <p><u>Características mínimas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Capacidad: Mínimo 4200 g</li> <li>● Resolución: Mínimo 0.1 g</li> <li>● Fuente de alimentación: Mínimo AC220V ± 10%, 50Hz</li> <li>● Uso de pila alcalina: Opcional Mínimo AC / DC intercambiable</li> <li>● Pantalla: Mínimo LCD o LED</li> </ul>  | 01    | Und          |


Firmado digitalmente por:  
RAMIREZ ROJAS MAX AUGUSTO  
FIR 45990335 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 18/03/2026 21:57:49-0500

Firmado digitalmente por:  
CARRILLO MUÑOZ KARINA FIR  
42712838 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 19/03/2026 08:35:07-0500

Firmado digitalmente por:  
CRUZ LUIS Juancarlos  
Alejandro FAU 20131365994 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 19/03/2026 08:15:46-0500



| ITEM | DESCRIPCIÓN  | CANT. | Unid.<br>de Med |
|------|--|-------|-----------------|
|      |    |       |                 |
| 05   | <b>DISPENSADOR CON RECIRCULACIÓN</b><br><u>Características mínimas:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● Totalmente autoclavable a 121 °C, 15 psi durante 10-15 minutos.</li><li>● Capacidad: mínimo 1 mL</li><li>● Marca "CE" otorgada.</li><li>● Émbolo liso y suave.</li></ul>   | 01    | Und             |
| 06   | <b>AGITADOR VÓRTEX DE 3000 RPM II</b><br><u>Características mínimas:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● Intervalo del control de velocidad: 500 a 3000 RPM</li><li>● Tiempo de aceleración: 3 s</li><li>● Tiempo funcionamiento continuo máximo: 24 hr</li><li>● Módulo de mezcla para tubos: 0.2 a 50 ml</li><li>● Carga máxima: 70 g</li><li>● Órbita: 2 mm</li><li>● <b>Incluye:</b> plataforma universal de mínimo 32 conectores para tubos tipo Eppendorf de hasta 1,5 ml (1,5/0,5/0,2 ml — 16/8/8 conectores), microplaca de 96 pocillos</li></ul>  | 01    | Und             |
| 07   | <b>MEDIDOR DE DUREZA DE AGUA PORTATIL</b><br><u>Características mínimas:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● Rango de medición: (0 ~10) mmol/L; (0~401) mg/L(Ca); (0 ~1000) mg/L(CaCO<sub>3</sub>) ; (0 ~100) °fH(Grado francés); (0~561) mg/L(CaO); (0~56) °dH (Grado alemán); (0~20) mmol/L(Boiler) ; 0 ~70 °eH (Grado inglés).</li><li>● Resolución: 0.01 y 0.1 unidades de dureza de agua</li><li>● Precisión: ±5% FS</li><li>● Compensación de temperatura: 5 – 50 °C</li></ul>   | 02    | Und             |



Firmado digitalmente por:  
RAMIREZ ROJAS MAX AUGUSTO  
FIR 45896335 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 18/03/2026 21:58:08-0500

| ITEM | DESCRIPCIÓN   | CANT. | Unid. de Med |
|------|---|-------|--------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura de medición: 0 - 60 °C (32 - 140 °F)</li> </ul>  |       |              |

**6. REQUISITOS DEL POSTOR****Del Postor – Persona Natural o Jurídica**

- Acreditación del RUC activo y habido.
- Contar con RNP vigente a la fecha.

**Experiencia:**

- Experiencia mínima de una (01) vez el valor ofertado en ventas de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria y/o similares en general en entidades públicas o privadas.

Se considera como bienes similares a purificadores, basculas, agitadores, mezcladores, shaker, analizadores, equipos de medición de laboratorio

**Acreditación:**

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

- contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o
- comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>1</sup>

En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados<sup>2</sup>, para acreditar debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente párrafo; no es posible que acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos u órdenes de compra con conformidad o constancia de prestación

**7. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS**

No corresponde

**8. FORMA DE ENTREGA**

Por la naturaleza del bien se requiere de un envase apropiado, embalado para su transporte al lugar designado Entregado conforme a las especificaciones técnicas de acuerdo con los plazos establecidos, debidamente embalado, libre de defectos y abolladuras, con el empaque de fábrica y sin evidencia de uso.

Firmado digitalmente por:  
RAMIREZ ROJAS MAX AUGUSTO  
FIR: 45996335 hard

Motivo: Soy el autor del documento  
El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Es válido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término "cancelado" o "pagado").

<sup>2</sup> Se entiende "privados" como aquellos que no son entidades contratantes.



Firmado digitalmente por:  
CARRILLO MUÑOZ KARINA FIR  
42712838 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 19/03/2026 06:35:49-0500



Firmado digitalmente por:  
CRUZ LUIS Juancarlos  
Alejandro\_FAU 20131365994 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 19/03/2026 08:15:51-0500



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Se requiere el embalaje y rotulado del bien solicitado, debe incluir:

- Embalaje primario: para todos los materiales y accesorios según el tipo, a criterio del proveedor.
- Embalaje secundario: resistente para la protección del bien y todos sus accesorios.

**9. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN**

La garantía del bien no podrá ser menor a doce (12) meses, contados desde la fecha de otorgada la conformidad por recepción del bien. Dicha garantía deberá ser ejecutada sin costo adicional para el contratante y de requerirse la inspección y/o reparación será realizada en las instalaciones del cliente donde fue recepcionado el bien; sin embargo, de requerirse el envío a las instalaciones del proveedor, este costo será asumido por el mismo proveedor para el envío del bien al proveedor y el posterior envío a las instalaciones del INIA.

Se notificará al proveedor de cualquier defecto de fábrica e indicará la naturaleza del defecto, una vez recibida la notificación, el proveedor reemplazará la totalidad de los bienes defectuosos, sin costo alguno para el Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, dentro de los 30 días calendario.

**10. CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO**

No corresponde

**11. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES**

**Lugar:** La totalidad de los bienes se entregan en la Estación Experimental Agría EEA El Chira, distrito de Marcavelica, provincia de Sullana, departamento de Piura, según el siguiente detalle:

| #  | DIRECCIÓN   | EEA      | HORARIO   |
|----|---|----------|---|
| 01 | <a href="#">Carretera Sullana - Talara, km. 1027 Marcavelica, Sullana, Piura - Perú</a> | El Chira | Lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 15:00 hrs |

*\*INIA no está obligado a recibir el bien en horarios no programados.  
\*El proveedor asumirá los costos de transporte y reparto del bien a las locaciones indicadas.*

**Plazo:** El plazo de ejecución es de hasta treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra

**12. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DE LOS BIENES**

La conformidad estará a cargo del Director del Proyecto de inversión con CUI N° 2472190 y/o quien haga sus veces, con el V°B° del Supervisor de proyecto y/o quien haga sus veces; y del Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) de la Dirección de Servicios Estratégicos Agrarios (DSEA); comprobada el cumplimiento de la entrega del bien en la localización indicada y se emite en un plazo máximo de siete (07) días contabilizados desde el día siguiente de recibido el bien correspondiente; previa conformidad de recepción física del bien. La sola recepción de bienes en la entidad o en el destino final, según sea el caso, no constituye la conformidad del área usuaria.

El proveedor en el único responsable ante INIA de cumplir con la entrega del bien, en las condiciones establecidas en el presente documento, no pudiendo transferir la responsabilidad a otras entidades o terceros en general.

La entrega será controlada por el responsable de Almacén de la EEA El Chira del INIA. El bien que se interne se ajustará a las especificaciones técnicas que se

Firmado digitalmente por:  
Av. La Merced 1951, RA MONTE AGUSTO  
Central Telefónica 069 240 2100 Anexo  
27  
www.gob.pe/impulso  
www.gob.pe/midagri  
Motivo: Soy el autor del  
Fecha: 19/03/2026 21:59:01-0500

Firmado digitalmente por:  
CARRILLO MUÑOZ KARINA FIR  
42712838 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 19/03/2026 06:36:07-0500

Firmado digitalmente por:  
CRUZ LUIS Juancarlos  
Alejandro\_FAU 20131365994 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 19/03/2026 08:15:54-0500



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

indican en el presente requerimiento, no siendo posible cambiar dicho bien por otro semejante o de otra característica.

Para otorgar la respectiva conformidad se verificará la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones establecidas, debiendo realizar las pruebas que sean necesarias para tal efecto, en caso de existir observaciones se procederá de conformidad a lo establecido en el Artículo 144° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.

**13. SISTEMA DE ENTREGA PARA BIENES**

No aplica en el presente requerimiento según art. 129 del reglamento de la ley N° 32069.

**14. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD.**

El pago se efectuará en soles en una (01) armada, y se realizará de acuerdo con el monto de la propuesta económica del postor adjudicado.

El pago se realizará dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la conformidad.

- Guía de remisión y/o documentos similares
- Conformidad del bien
- Comprobante de pago

**PENALIDAD**

Según el Art. 120 del RLGC, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, hasta por el monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del servicio. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula.

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo}}$$

Dónde F tiene los siguientes valores:  
F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso.

Asimismo, la suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del ítem correspondiente.

**15. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**

La entidad contratante y el contratista son responsables de ejecutar correcta y oportunamente la totalidad de las obligaciones asumidas en el contrato. Para ello, deben realizar todas las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia, orientadas al logro de los resultados acordados.

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad contratante.

**16. GARANTÍAS**

No aplica de acuerdo al inciso a) del Artículo 139 del Reglamento de la Ley General



Firmado digitalmente por:  
RAMIRO ROJAS MAX AUGUSTO  
FIR 45996335 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 18/03/2026 21:59:24-0500



Firmado digitalmente por:  
CARRILLO MUÑOZ KARINA FIR  
42712838 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 19/03/2026 06:36:25-0500



Firmado digitalmente por:  
CRUZ LUIS Juancarlos  
Alejandro FAU 20131365994 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 19/03/2026 08:15:56-0500

de Contrataciones Públicas

## 17. RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

El contrato puede ser resuelto total o parcialmente por cualquiera de las siguientes causales:

- a) Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
- b) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
- c) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.
- d) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
- e) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.
- f) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.
- g) Por la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público.
- h) Por agotamiento de la necesidad, previo sustento del área usuaria y/o área estratégica.
- i) Puede resolverse de forma total o parcial del contrato menor por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria. Esta disposición sólo podrá aplicarse para las contrataciones de servicios técnicos, profesionales y/o especializados realizados por personas naturales.

## 18. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los





alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conlleva que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

**19. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, se resolverán mediante Conciliación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contrataciones Públicas.

**20. GESTIÓN DE RIESGOS**

Del análisis realizado sobre el requerimiento solicitado, se han identificado los siguientes riesgos y acciones para la gestión de los riesgos:

**1. Desconocimiento del marco legal de la Ley N° 32069**

La Ley General de Contrataciones públicas, así como su reglamento incorporan modificaciones en las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a las ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), siendo ahora considerados como contratos menores dentro del marco normativo legal, lo cual incluye diferentes condiciones a lo gestionado con la Ley 30225.

**Acciones:**

- El CONTRATISTA cuenta con personal con conocimiento en la ley, para poder respetar el cumplimiento del marco normativo legal, tanto en los plazos, así como las condiciones requeridas; en los contratos menores conforme a la Norma.

**2. Incumplimiento de la de la entrega de bienes por causas no atribuibles al contratista**

El incumplimiento de la ejecución del servicio no atribuibles al contratista, puede deberse factores externos fuera de su control, tales como cambios imprevistos en el mercado, condiciones en el lugar de ejecución externas a los proveedores, fenómenos naturales, condiciones meteorológicas adversas o situaciones nacionales o internacionales en el mercado de los proveedores del Contratista; principalmente en importaciones y entregas en provincias.


**Acciones:**

- El CONTRATISTA actúa con la debida anticipación en todas las coordinaciones y gestiones necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna de insumos, implementos, personal y equipos requeridos para la entrega del bien conforme a las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas.
- La ENTIDAD CONTRATANTE brinda seguimiento por parte del área usuaria en la entrega del bien, a fin de que se optimicen los tiempos y recursos para el cumplimiento del mismo en los plazos estipulados, a fin de mitigar así las posibles ampliaciones derivadas de las condiciones externas.

**3. Incumplimiento de la entrega de bienes por causas atribuibles al contratista**

El incumplimiento de la ejecución del servicio atribuibles al contratista puede originarse debido a que, no tienen presente los plazos de ejecución, las condiciones contractuales y de los términos de referencia, lo que puede generar retrasos en la ejecución de los trabajos o la prestación de un servicio deficiente.

**Acciones:**





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

- El CONTRATISTA considera las condiciones previas y durante para la ejecución del servicio de acuerdo al plazo estipulado en los términos de referencia, gestionando sus recursos de manera óptima y eficiente
- La ENTIDAD CONTRATANTE efectúa un seguimiento continuo durante la ejecución del servicio, con el fin de verificar el cumplimiento de los tiempos, calidad, oportunidad y condiciones estipuladas, implementando acciones de ser necesario, para garantizar que el servicio se preste conforme a lo solicitado en los términos de referencia.

**4. Deterioro del bien durante el transporte**

El bien sufre daños durante el traslado al lugar de entrega, lo cual es responsabilidad del CONTRATISTA.

**Acciones:**

- El CONTRATISTA tomó las medidas necesarias para que el transporte del bien a entregar sea seguro, así como debe usar el embalaje y empaquetado adecuado para el bien y sus accesorios complementarios, de corresponder.

**5. Responsabilidades relacionadas con la ejecución contractual**

Deficiencias identificadas en el bien después de la recepción y conformidad de la ENTIDAD CONTRATANTE que afecte la funcionalidad, seguridad o desempeño del bien suministrado, que no son verificables de manera preliminar.

**Acciones:**

- La ENTIDAD CONTRATANTE establece el plazo de responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos, conforme lo establecido en el Art. 69, de la Ley 32069 y lo solicitado en las especificaciones técnicas.
- El CONTRATISTA cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas sobre las P relacionadas a la ejecución contractual que incluye los vicios ocultos no detectables a la entrega y conformidad del bien.

**6. Incumplimiento de condiciones complementarias posteriores a la conformidad**

El proveedor no cumple con las condiciones complementarias a la entrega del bien como garantía comercial y/o soporte técnico de corresponder.

**Acciones:**

- La ENTIDAD CONTRATANTE solicita en las especificaciones técnicas; una carta, certificado o documento formal sobre el detalle de lo que cubre la garantía comercial y/o soporte técnico de corresponder.
- El CONTRATISTA gestiona las garantías y medidas preventivas con su proveedor o la empresa fabricante del bien, para poder gestionar el cumplimiento de su garantía comercial ofrecida.

**21. CONFIDENCIALIDAD**

El contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por el Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, en materia de seguridad de la información.

|  |   |
|--|---|
|  <p>Firmado digitalmente por:<br/>KOC SANCHEZ GABRIELA<br/>ELENA FIR 21546206 hard<br/>Motivo: Soy el autor del documento<br/>Fecha: 18/03/2026 18:36:00-0500</p> |  <p>Firmado digitalmente por:<br/>CRUZ LUIS Juancarlos<br/>Alejandro FAU 20131365994 soft<br/>Motivo: En señal de conformidad<br/>Fecha: 19/03/2026 08:16:06-0500</p> |
| <p>Elaborado por:</p>  | <p>Aprobado por Director general de<br/>Dirección de Servicios Estratégicos<br/>Agrarios - DSEA</p>   |


Esta es una copia auténtica imprimible de un documento digitalmente firmado por INIA, aplicando lo dispuesto por el Art.



Firmado digitalmente por:  
RAMIREZ ROSAS SIA 0702013990



09/03/2026 22:10:14:0500  
El autor del código QR o el siguiente enlace:  
<https://std.inia.gob.pe/consulta/diFile.php?var=18GAUX2Agg972Bo7%2FRfoCeIW0oaE5inpRpoX16dHGsbmfeW%2B312C2IGZxnNKX2g%3D%3D>



Firmado digitalmente por:  
CARRILLO MUÑOZ CABINA FIR

42712838 hard  
Motivo: Dev. v° B°  
Fecha: 19/03/2026 08:37:44-0500