

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°:**

**2144**

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :		Moneda :	

ITEM	CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
532281710004	4	UNIDAD	<p><b>MONITOR AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A01 Compacto y portátil, fácil de usar.</li> <li>• A02 Medición de pacientes adultos, pediátrico, neonato.</li> <li>• A03 Monitoreo de la función y medición de NIBP ambulatoria de 24 horas como mínimo con ajuste flexible.</li> <li>• A04 Monitoreo prolongado de BP y SPO2, con muestra del valor de BP, SPO2 y PR</li> <li>• A05 Registro de datos de NIBP y SPO2 para gran capacidad.</li> <li>• A06 Interfaz amigable, el usuario puede ver el menú de lista y revisar los resultados de la medición.</li> <li>• A07 Puede mostrar información de baja potencia, información de alarma, información de error e información de tiempo rica.</li> <li>• A08 Función de alarmas de parámetros es opcional.</li> <li>• A09 Información del paciente se puede configurar de manera flexible.</li> <li>• A10 Función de gestión de casos, el software para pc puede lograr revisión de datos, los resultados de medición de análisis, visualización de tendencias, impresión de informes y otras funciones.</li> <li>• A11 Los datos se puede transmitir entre el dispositivo y la computadora, como</li> </ul> <p>cargar información del paciente, descargar datos de medición.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A12 Menú en inglés y chino.</li> <li>• A13 Método de medición oscilométrica</li> <li>• A14 intervalo de medida automático: 15, 30, 60, 120 o mayor.</li> <li>• A15 Presión: 0 KPA (0 MMHG) ~ 38.67 KPA (290 mmhg) O MÁS</li> <li>• A16 Resolución: 1MMHG o más.</li> <li>• A17 Precisión: ± 3 MMHG o más</li> <li>• A18 Parámetro de alarma: SYS, día</li> <li>• A19 Inflación automático por bomba de fuerza</li> <li>• A20 Deflación automática de varios pasos</li> <li>• A21 Rango de pulso cardiaco: 40 BPM ~ 240 BPM o rango mayor</li> <li>• A22 Resolución: 1 BPM como mínimo.</li> <li>• A23 Rango de medición spo2: 0% - 100% o más</li> <li>• A24 Precisión spo2: ± 2% (70% - 100%) o mayor.</li> <li>• A25 Resistencia spo2 a luz ambiental y bajo llenado</li> </ul>		

		<p><b>B DATOS TÉCNICOS</b>  <b>Aspectos físicos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• B01 Pantalla TFT-LCD de 2.4 pulgadas como mínimo</li> <li>• B02 Dimensiones: 12.8 cm (largo) * 6.9 cm (ancho) * 3.6 cm (alto)</li> <li>• B03 Peso: &gt; 350g (incluyendo baterías)</li> </ul> <p><b>C ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C01 DC 3V (2 baterías alcalinas AA de 1.5 v)</li> </ul> <p><b>D ACCESORIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D01 Estuche de transporte</li> <li>• D02 Cable USB</li> <li>• D03 Manual de usuario y software para pc</li> <li>• D04 Tres manguitos (pediátrico, adulto estándar y adulto grande)</li> <li>• D05 Tubería de extensión para manguito</li> <li>• D06 1 sensor SPO2</li> </ul> <p><b>E PROTECCIÓN Y NORMATIVAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E01 Grado de protección contra descargas eléctricas: TIPO BF, TIPO CF</li> </ul>		
				TOTAL

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a : .....  
en la siguiente dirección : ..... Teléfono : .....

**Condiciones de Compra :**

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

ATENTAMENTE