

Requerimiento Nro. 2026003383

Clasificación : Activos Mayores

Dirigido a

Compras

Centro de Costo :

CENTRAL-VIRTUAL

Preparada por : 21-05-2026 MUÑOZ DELGADO, CARMEN ELVIRA

Revisada por : 21-05-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA

Prioridad

Normal

Aprobada por : 21-05-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA

Fecha Requerida 26/05/2026 15:06:37

Proyecto : AQP-62-20E CREACION LABORAT AGUAS RESIDUALES Y EFLUENTE

Estado

Aprobada

Activo :

Comentarios : Adquisición de una CONGELADORA PARA LABORATORIO para el proyecto: "Creación del Laboratorio de Aguas Residuales y efluentes industriales EPS SEDAPAR S.A., Sector Chilpina, distrito de Socabaya, provincia de Arequipa, departamento y región de Arequipa"

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
---	-------	-------------	------	-----------	-----	--------------------	--------------------	-------	---------	--------------------

1	53200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION - CONGELADORA 340L	091	999	UNI	1.000	1.000000	1.00		337201
---	-------	---	-----	-----	-----	-------	----------	------	--	--------

1.DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Adquisición de una CONGELADORA PARA LABORATORIO para el proyecto: "Creación del Laboratorio de Aguas Residuales y efluentes industriales EPS SEDAPAR S.A., Sector Chilpina, distrito de Socabaya, provincia de Arequipa, departamento y región de Arequipa"

2. FINALIDAD PÚBLICA

Es obligación de las EPS realizar su autocontrol de los afluentes y efluentes en las PTAR que administran, así como evaluar y realizar el seguimiento de la eficiencia de las PTAR, y controlar sus vertimientos al cuerpo receptor, en cumplimiento del D.S. 003-2010 MINAM y de la R.M. 273-2013 VIVIENDA, teniendo además otras normas, las cuales están vinculadas a estas acciones, como las siguientes:

-Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos,

-Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

-Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

-Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Adquirir una CONGELADORA para el laboratorio fisicoquímico de control de AR con el cual se pueda lograr optimizar el control de las AGUAS RESIDUALES y con ello contribuir a una mejor gestión ambiental de SEDAPAR S.A.

4. ACTIVIDAD DEL POI

AOI50012900034 Gestión calidad tratamiento

5. CÓDIGO CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES (CUBSO)

2413160100004889

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6.1 Descripción del bien.

Equipo destinado al almacenamiento y conservación de muestras ambientales, biológicas, reactivos, insumos y materiales de laboratorio a temperatura controlada bajo condiciones de congelación.

6.2 Especificaciones Técnicas Mínimas

- Tipo de equipo: congeladora vertical para laboratorio
- Capacidad útil: rango 300 a 350 litros
- Rango de temperatura: de -10°C a -30°C como mínimo
- Control de temperatura: digital/microprocesado
- Visualización: pantalla digital de temperatura
- Sistema de refrigeración: libre de CFC/ecológico
- Uniformidad térmica: distribución homogénea de temperatura
- Material interno: acero inoxidable o material anticorrosivo sanitario
- Material externo: acero pintado electrostáticamente o inoxidable
- Número de bandejas: mínimo 3 ajustables
- Sistema de seguridad: cerradura con llave
- Alarmas: audible y visual por alta temperatura y/o puerta abierta
- Alimentación eléctrica: 220 V-60 Hz
- Respaldo auto reinicio: reinicio automático tras corte eléctrico
- Iluminación interna
- Nivel de ruido: bajo nivel operativo, recomendado entre 40-55 dB

Preparado por

Revisado Por
COMITÉ DE CONTROL
DE CALIDAD Y
EFLUENTES
AREQUIPA

Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026003383

Clasificación : Activos Mayores

Centro de Costo :

Preparada por : 21-05-2026 MUÑIZ DELGADO, CARMEN ELVIRA

Revisada por : 21-05-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA

Aprobada por : 21-05-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA

Proyecto : AQP-62-20E CREACION LABORAT AGUAS RESIDUALES Y EFLUENTI

Activo :

Comentarios : Adquisición de una CONGELADORA PARA LABORATORIO para el proyecto: "Creación del Laboratorio de Aguas Residuales y efluentes industriales EPS SEDAPAR S.A., Sector Chilpina, distrito de Socabaya, provincia de Arequipa, departamento y región de Arequipa"

Dirigido a

Prioridad Normal

Fecha Requerida 26/05/2026 15:06:37

Estado Aprobada

Compras


CENTRAL-VIRTUAL

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
	ACCESORIOS MINIMOS									
		•Manual de usuario en español								
		•Cable de alimentación.								
		•Bandejas/parrillas internas.								
		•Llaves de seguridad.								
		•Certificado de garantía.								
El cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas serán verificadas en la PUESTA EN MARCHA, la cual está ligada al PAGO DE LA CONTRAPRESTACION, el postor ganador del proceso deberá presentar "MANUAL O INSTRUCTIVOS Y/O FICHA TÉCNICA Y/O CARTA DEL FABRICANTE, LOS CUALES ACREDITEN DE MANERA FENACIENTE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN OFERTADO Y PERMITAN CORROBORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.", esta presentación es al momento de la PUESTA EN MARCHA, para su comprobación respectiva".										

Total Items pedidos1

TOTAL S/.

1.00



Preparado por



Revisado Por



Aprobada por