

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Órgano y/o Unidad Orgánica:	PROGRAMA PRESUPUESTAL 104		
Actividad del POI/Acción Estratégica PEI:	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN UCI		
Denominación de la Contratación:	ADQUISICION DE SET DE TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA N° 7 X 15 PIEZAS UNIDAD PARA PROGRAMA PRESUPUESTAL 104		
I. FINALIDAD PÚBLICA			
Atención de los pacientes.			
II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN			
Adquisición de SET DE TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA N° 7 X 15 PIEZAS UNIDAD, para la atención de los pacientes de emergencia en Cuidados Intensivos y realizar una traqueostomía mediante técnica percutánea por dilatación, minimizando el trauma tisular en comparación con la técnica quirúrgica abierta.			
III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:			
○ Descripción de los bienes a contratar			
N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	SET DE TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA N° 7 X 15 PIEZAS	23	UNIDAD
Cánula de traqueostomía N.º 7.0: Con conector universal de 15 mm. Endocánula (Cánula interna): De repuesto para higiene de la vía aérea. Guía metálica en "J": Resistente a torceduras con punta flexible. Dilatador único curvo: Con recubrimiento hidrofilico (se activa con agua/suero). Aguja de punción inicial: Calibre 14G o 15G. Jeringa de aspiración: De 10 ml para comprobación de aire en tráquea. Bisturí de seguridad: Para incisión previa en piel. Dilatador corto previo: Para facilitar el paso del dilatador principal. Catéter guía (Guía blanca): Protege la guía metálica durante la dilatación. Cinta de fijación: Banda de cuello ajustable con velcro o clip. Obturador: Guía interna para la inserción de la cánula externa. Gasa fenestrada: Apósitos para la base de la estoma. Gel lubricante: Estéril, para los componentes de dilatación. Pinza hemostática/dilatadora: (Si el modelo lo incluye para técnica Blue Rhino). Bandeja organizadora: Para mantener el campo estéril durante el procedimiento.			
Característica	Especificación Detallada		
Tamaño de Cánula	Diámetro Interno (DI) de 7.0 mm.		
Tipo de Balón	De Baja Presión y Alto Volumen (BPAV) para minimizar		

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
Hospital Regional Honorio Delgado

Dr. Dangelito Montesinos Barandiaran
MEDICO INTENSIVISTA

Copia autorizada por el
Especialista en Medicina Intensiva
COP. 00000000000000000000

	isquemia traqueal.
Material	PVC Termosensible, radiopaco, libre de látex y biocompatible.
Técnica de Inserción	Método Seldinger (guía metálica y dilatador hidrofílico).
Esterilidad	Estéril por Óxido de Etileno o Rayos Gamma.
Presentación	Set de inserción completa (aprox. 15 piezas en bandeja rígida).

VII. MUESTRAS

No corresponde

VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

No corresponde

IX. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- Contar con RUC vigente
- Contar con RNP vigente

X. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

LUGAR: Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Av. Daniel Alcides Carrión 505
PLAZO: no mayor de 15 días calendario

XI. CONFORMIDAD

La conformidad será otorgada por el Área Usaria de cada Programas Presupuestal o la Coordinadora de Programas Presupuestales.

XII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará en una (01) solo pago, en soles, previa conformidad otorgada por el Área Usaria de cada Programas Presupuestal o la Coordinadora de Programas Presupuestales.
 Para efectos del pago la Entidad debe contar como mínimo con la siguiente documentación:
 a) Guía de remisión donde se verifique la recepción del bien requerido por parte de la Unidad de Almacén.
 b) Documento del funcionario responsable de la Oficina de Control Patrimonial, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
 c) Comprobante de Pago.

XIII. GARANTÍAS

NO CORRESPONDE

XIV. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

XV. PENALIDADES POR MORA

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
 GERENCIA REGIONAL DE SALUD
 Hospital Regional Honorio Delgado
 Dr. Dangelin Montesinos Barandiaran
 MÉDICO INTENSIVISTA
 JEFE DEL SERVICIO DE U.C.I.
 CMP. 44361 - RNE. 043347

