

TERMINOS DE REFERENCIA		
DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN	ANESTESIOLOGIA	
DESCRIPCION DEL BIEN	AGUJA DESCARTABLE PARA NEUROESTIMULACION 22G X 5 CM	
FINALIDAD PUBLICA	AGUJA DESCARTABLE PARA NEUROESTIMULACION 22G X 5 CM	
CODIGO Siga MEF	495701070262	
Departamento Solicitante	Departamento de Anestesiología, Servicio de Reanimación y Terapia del Dolor	
CARACTERISITICAS DEL BIEN REQUERIDO		
A	GENERALES	
A01	La aguja debe tener un recubrimiento aislante de superficie delgada y suave de polímero biocompatible en toda su extensión a excepción de la punta. Debe tener distalmente, una superficie de gofrado de 20 mm de longitud, estos tramos actúan como reflectores y deben estar distribuidos en todo el perímetro de esta área, lo que permitirá que al ser insertada dentro del tejido y utilizando el ecógrafo, las ondas ultrasónicas sean reflejadas de la mejor manera posible sin importar el ángulo de incidencia efectuado (en plano o fuera de plano), lo que permitirá una visibilidad ecográfica óptima del extremo distal de la cánula e identificar su posición con mayor precisión que la lograda con otras agujas ecogénicas para bloqueo nervioso. Debe además poseer una pequeña superficie descubierta en la punta, sin aislante y sin gofrado para generar un campo eléctrico definido con lo que el direccionamiento del impulso eléctrico será mucho más preciso facilitando la ubicación del nervio	
A02	La aguja debe tener la punta facetada de bisel corto que permita una visibilidad entre - 20 a 60 grados por el efecto reflector de su superficie.	
A03	La aguja debe tener manguera para inyección de conexión desmontable lo que permite eficiente suministro del anestésico, y tapón de cierre tipo Luer Lock y además cable de conexión a neuroestimulador cuyo terminal debe tener manguito con resorte y adaptable en forma estándar	
A04	La aguja debe tener marcas en toda su circunferencia, graduadas en centímetros, que permitan la mejor localización de la profundidad de la punción.	
B	CARACTERISTICAS	
B01	Empaque	<ul style="list-style-type: none"> Individual. Peel open de apertura uniforme Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje Exento de partículas extrañas, rebabas y/o aristas cortantes
B02	Material	<ul style="list-style-type: none"> Tipo: acero inoxidable grado quirúrgico inoxidable de uso clínico acorde a los estándares internacionales de calidad ISO13485:2003, ISO9001:2000, ISO14971:2007 Condiciones biológicas: estéril, atóxico, apirógeno, hipoalergénico El producto y el proceso de fabricación debe de estar libre de látex
B03	Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> La longitud de la aguja deber ser de 50 mm, lo que le permitirá ser usada con eficacia para lograr bloqueos del nervio ciático vía anterior y posterior en los pacientes sometidos a cirugías de dichas zonas.
B04	Condición Sanitaria	Estéril

